

测温仪，手持测温仪，冷却水测温仪供应

产品名称	测温仪，手持测温仪，冷却水测温仪供应
公司名称	北京信兆科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:信兆 型号:T01c 信兆:XZ-T01c
公司地址	中国 北京市 海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场D座4009室
联系电话	400-663-8180 18911077121

产品详情

一．概述

XZ-T01C型便携式冷却水测温仪是XZ-T01系列的简化版，方便测量炼铁高炉冷却水温度，不具温差和背光功能，用于替代市场同类产品。

本设备具有防水罩设计，外形美观，超低功耗，单节电池可连续工作半年。

本设备具有精度高、功耗低、反应快、功能强等特点。

二．技术指标

测量范围：0.00~99.99

测量精度：0.06

分辨率：0.01

反应时间：0.5秒

稳定时间：<7秒

传感器件：Pt1000

供电方式：1节3.6V锂电池

工作功耗：<0.5mA

待机功耗：3uA

显示尺寸：50 × 22mm液晶屏

外形尺寸：80cm

外形材料：不锈钢杆和铝壳

整体重量：0.5kg

三．使用说明

1. 测量时，按表盘“开关”按键，唤醒设备，设备被唤醒后进入温度测量程序。

2. 测量时，用设备最前端的钩头钩住水管，使尽量多的水流过钩头弯管，与传感器充分接触，保证测量精度。

3. 读取数据：待显示屏上显示的温度值稳定后直接读取当前温度值。

4. 关机状态：测量工作完成后，按下屏幕下方的“开关”按键，设备进入睡眠状态，睡眠状态下设备的功耗等同于电池自损电量。

5. 本设备3分钟内没有使用自动进入关机状态，按“开关”键重新启动。

6. 更换电池后重启设备显示当前版本2秒钟后进入工作状态。

7. 设备保管：设备使用完后切入关机状态挂于墙上；若长期不用请将电池取出。

四．注意事项

1. 严禁测量超过100 的任何物体。

2. 严禁私自拆装此设备。

3. 严禁将此设备长时间至于高温或者浸泡在具有腐蚀性液体中。

4. 使用过程中，设备内和手柄内进水后，立即用干布将水擦拭干净。

5. 不用时注意将设备切入到关机状态降低能耗。

6. 当设备屏幕出现闪烁或者字体显示不清时，即为电池电量不足，请及时更换电池。

7. 当设备开机后屏幕显示“ Erro ”,表示设备读取传感器信号错误，检查传感器连接。

五 . 质量保证

在您完全按本手册规定正常使用本设备的情况下，本设备若出现故障，我公司将为您提供自购买之日起：一个月内出现质量问题免费更换，一年内有限责任保修服务。

对于下列情况造成设备故障或损坏，不在免费保修之列，我公司将酌情收取相应费用。

1)设备超过保修期限；

2)未按本手册要求安装及使用设备；

3)私自拆卸设备；

4)自然灾害等不可抗力(如火灾等)。

六．装箱清单

序号	名称	数量	单位
1	冷却水测温仪	1	台
2	用户手册	1	份
3	合格证	1	份
4	保修卡	1	份