

线路完整性燃烧试验机

产品名称	线路完整性燃烧试验机
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	符合标准:GB/T19216.21-2003 燃烧室内尺寸:3M x 3M x 3M 生产厂家:大显仪器
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

产品详情

线路完整性燃烧试验机

符合标准：符合GB/T19216.21-2003/IEC60331-21：1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求----额定电压0.6/1.0kv及以下电缆》、GB/T19216.23-2003/IEC60331-23：1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求----数据电缆》、GB/T19216.25-2003/IEC60331-25：1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求----光缆》试验标准要求。

燃烧室之设计采取两种方式供客户选择：

第一种：采用砖砌墙，我公司提功设计方案，派专业工程师现场施工指导；

第二种：采用合适材料固定在角铁支架上而构成整个立方体燃烧室。

燃烧室内尺寸：3M x 3M x 3M共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构，由客户选择

燃烧装置：

厂家型号：DX8422

咨询热线：0769-33221621

技术咨询：13450023619唐小姐

1、喷灯：为带有文丘里混合器的喷嘴标称长度为500mm宽度为15mm的带型丙烷气体喷灯。喷嘴有三排错开的标称直径为1.32mm,中心距离3.2mm的钻孔。见图4

2、流量计：空气流量计：80L/min；丙烷流量计：5L/min

3、喷灯控制系统组成：调压阀、压电点火器、熄火装置、控温热电偶、气源（贵公司自备）、调节阀、点火装置、燃气管路、流量计、文丘里混合器、喷灯、球阀、空气管路、压缩空气瓶（贵公司自备）

4、计时器：0~99.99s/m/h任意设定

5、点火装置：为自动点火

6、温度控制器：由两路温度监控部分组成，温度范围：0~1000 任意设定。