

消解器、消解仪型号：5B-1

产品名称	消解器、消解仪型号：5B-1
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	2980.00/台
规格参数	品牌:水专家 型号:5B-1
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

产品详情

??????????5B-1

一、产品简介

该仪器是在原恒温水箱基础上新研制的新一代试管恒温仪，该仪器有6只试管孔。适合使用6只反应试管，仪器的加热块采用高密度铝合金挤压成型，具有热容量大、热阻小、加热均匀等特点。采用智能型数字显示温度，随意设定、自动恒温、使用方便，控温精度可达到 200 ± 1 ，设有数显定时装置，用户可在一星期内任意调节计时时间。不锈钢遮光防尘盖，使用试管免封口，试验操作方便快捷，传统恒温水箱试管必须封口，否则水蒸气或水珠进入试管造成污染，给每支试管一一封口即麻烦费时，又影响实验效果。

二、数显智能温控仪使用方法

设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，调至所需温度时，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。

三、以下参数出厂时都已经调试好，不能满足要求时再作调整。

按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。

E：这个参数在P=0时是加热停止的提前量，当P不等于0时仪表为智能PID工作方式，P不等于0时E参数无意义。

P：为比例带，即比例控制值，仪表设定值为中心P值分布在设定点两边，在P值范围内仪表以PID方式工作。

T：为加热输出循环周期，即继电器工作循环周期，T值小控制效果好，但T值太小继电器会因频繁工作而减小寿命。一般T值取20—60秒。

为简化操作，仪表的积分和微分时间设计为隐藏参数，其值为自动默认值。

误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单，第一个出现并闪动的参数为E00即提前量，再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数，配合 或 键可修改此参数。误差的修正的范围绕-9.9 到+9.9 ，修正完成后在按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。