

# 热卖：热量表检定装置 雨润

产品名称	热卖：热量表检定装置 雨润
公司名称	徐州润物科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨润 型号:DN15-DN50 类型:热量表检定装置
公司地址	徐州江苏省徐州经济技术开发区大庙工业园汇金路5号
联系电话	86-051666881166/77/88/ 13805203868

## 产品详情

品牌	雨润	型号	DN15-DN50
类型	热量表检定装置	流量范围	15 ~ 30000
温度测量范围	4-95 ( )	最大功率	25 ( kw )
供电电源	220V		

本产品的设计,包装与运输都严格按以下标准:gb9969.1 工业产品使用说明书 总则gb/t191-2000 包装储运图示标志gb/t13306-1991 标牌jb/t5414-1991 热水离心泵jig225-2001 热能表jig160-1992 标准铂电阻温度计检定规程jig164-2000 液体流量标准装置检定规程jig209-1994 体积管检定规程jig162-85 水表及其试验设备检定规程(水表部分) jig539-1997

### 数字指示秤检定规程主要技术参数:

温度范围：3-95 。环境条件：符合jig-225检定装置的要求。电源：电压 ~ 380 ± 10%v 50hz ± 1hz，总功率小于25kw。大小电子秤称重值及称重准确度：电子秤600kg，精确度小于等于 ± 0.03%。电子秤300kg，精确度小于等于 ± 0.03%。电子秤60kg，精度小于 ± 0.03%。流量精确度：计量精确度小于等于 ± 0.2%，流速稳定度小于等于2%，循环水温度稳定度小于等于 ± 1 。恒温槽准确度及稳定度：温度波动 ( ± 0.1 /30min ),温度均匀 ( 0.005 -0.01 )，温度稳定度小于等于 ± 0.1 。校验范围：最大流量30m3，最小流量0.01m3，管称直径15mm-50mm，工作压力小于等于0.6mpa，试验压力2.5mpa。计量单位：热量单位kwh、mj可选。流量m3、l可选

项目名称	其它参数详见表1: 基本参数与尺寸	
	rwex25	rwex50
装置管径范围 mm	15 ~ 25	15 ~ 50
温度测量范围	4 ~ 95	4 ~ 95
最小温差	3	3
流量测量范围l/h	10 ~ 7000	15 ~ 30000
压力范围 mpa	0 ~ 2.50.6	
称量范围 kg	0 ~ 300	0 ~ 600
装置的不确定度 (k=2)	0.2%	
额定功率 kw	10	25

外形尺寸(l × b × h)mm	3000 × 1500 × 2300	4300 × 1500 × 2800
设备重量 t	1.5	2.0