

UL标准试验直指PA130试验指PA140

产品名称	UL标准试验直指PA130试验指PA140
公司名称	深圳市联合邦德精密仪器有限公司
价格	850.00/个
规格参数	品牌:博纳德 型号:BND-S2140A 直指直径:25.4mm
公司地址	深圳市宝安区新安街道45区鸿都工业园A、B、C三栋A栋301室
联系电话	0755-27337550 13925268660

产品详情

UL试验直指 (S2140A试验探棒) 型号: BND-S2140A 基本简介: 根据UL1278、UL1026及UL507等相应条款制作而成。2、UL试验直指 (S2140A试验探棒) 是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。技术参数: 1、直指直径: 25.4mm (1 inch) 2、直指总长: 101.6mm (4 inch) 4、头部半径: R 12.7mm (1/2inch) 5、尾部直径: 31.75mm (1-1/4 inch) 6、根据UL507 (S2140A) 等UL标准制作而成

使用方法
根据标准不同, 使用方法略有区别。根据测试条件, UL试验直指不能触及危险部件。

????????????4.4N?1?????