

专科医院新建消毒供应室全套设备

产品名称	专科医院新建消毒供应室全套设备
公司名称	安徽三川医疗科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金尼克
公司地址	合肥市庐阳区蒙城北路骏杰嘉和大厦811室
联系电话	0551-65683226 13275601658

产品详情

专科医院消毒供应室设备、消毒供应中心设备

CSSD的设备设施包括各种灭菌器、医用热封机、干燥柜、超声清洗机和清洗消毒器等设备，以及高压水枪、高压气枪，各种工具容器和清洗池和工作操作台等设施。

（一）去污区设备设施

1.污染物品回收容器

应配有封闭的污物回收器具和相应清洗用品等。如封闭箱与运送车等。存放区内设置回收器具放置架。

2.去污区内基本设施 接收区的设施应按照物品从污到洁的顺序放置。回收分类台，可根据处理量可设多个分类台，或台的面积适当加大，能及时分类一次回收的物品，对多个手术器械要注意避免造成混淆。回收分类台的污染程度最高，工作人员应戴双层手套，并有清洁手套放置架，利于需要时更换。分类工作结束时应及时进行台面清洁消毒。依次摆放超声清洗台、手工清洗池，清洗池上方配压力水枪和压力气枪（需配有多个不同规格的接头备用）、然后是漂洗池，干燥设备及传递窗。

3.清洗消毒器 根据工作量可选择单舱或多舱的清洗消毒器，各类器械种类配置各类器械清洗架。可满足多种器械和管路清洗。

4.台式超声清洗机 配备专用于清洗穿刺针和精密仪器的台式超声清洗机。

5.干燥柜

干燥柜用于手工清洗的器械。可选择双门的设备。如单门的干燥柜应放在传递窗的附近，临近漂洗池。

6.工作区内设洗手设施、洗眼装置 采用直接感应式或非手触式水具（脚踏式）及相应的个人防护用品。包括圆帽、口罩、隔离衣或防水围裙、水套、专用鞋、护目镜、面罩等。必要时设空气消毒器，应满足日常工作需要和空间面积需求。

7.洗手间 设清洗消毒车辆设施、洁车放置区和卫生洁具。

8.水处理间 提供纯水或去离子水装置设施：应装备提供软水、去离子水、纯水的装置，自来水水质应符合GB5749的规定，纯水应符合电导率 $15\ \mu\text{s}/\text{cm}$ （25℃）。其产生应能满足CSSD器械清洗、灭菌全程工作需要。灭菌蒸汽用水符合WS310.2的用水标准。

（二）检查包装及灭菌区设备设施

1.包装台 包装台的功能能满足检查、组合包装的需要，包括带光源的敷料检查台、器械包装台。包装台配有带光源放大镜、放置包装过程需要的辅助材料架。台面易清洁、不反光。

2.器械柜 放置需要增加或暂时不需要灭菌的器械。

3.包装材料切割机 使用医用包装纸或医用纱布包装材料时需要备此设备。

4.医用热封机 建议选择带打印信息的热封机。

5.物品装载设备 标准篮筐、运送车和运送架，用于包装好的物品送至灭菌器。

6.灭菌设备及设施 应配有主体设备，如：压力蒸汽灭菌器、根据需要配置低温灭菌器，无菌物品装、卸载设备等，根据需要配备灭菌蒸汽发生器、蒸汽减压系统等相关辅助设施的装置； 各类灭菌设备应符合国家相关标准，具有打印功能并设有配套齐全的辅助设备。

（三）无菌物品发放区储存、发放设施

无菌物品发放区应配备足够的无菌物品存放架和运送器具，如封闭箱、运输车等。可设相应的生物监测仪器和相关设施。

（四）总结

1.根据CSSD的规模、任务及工作量，合理配置清洗消毒设备数量及配套设施。尽量创造条件使用机械清洗设备，并应兼顾未来发展的需要。

2.配置的消毒灭菌等设备、设施应符合国家相关标准或规定。并遵循卫生部及国家的准入条件要求和审核许可证明。

3.各种设施配置应满足工作需要，放置位置方便工作需要，符合医院感染控制的要求。