多参数水质分析仪 智能型 5B-3B型 V8

产品名称	多参数水质分析仪 智能型 5B-3B型 V8
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	面议
规格参数	品牌:中时维兴 型号: 5B-3B型 V8
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

产品详情

多参数水质分析仪 智能型 5B-3B型(V8)

简介： 此机型是一款完全根据中国人操作习惯而设计的水质检测仪器。
5B-3B型(V8)多参数水质分析仪是运用了最新的电子机械技术研发的第八代产品。
冷光源阵列技术的应用，使光源灯的寿命长达10万小时，测定参数光源的切换由
手动升级为自动，消除了人为转动的误差因素，使用户检测过程更简单。

功 能:

(01) 直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读；

(02)大屏幕彩色液晶显示测定结果；

(03)支持数据分析功能，具有自动制作分析曲线的功能；

(04)向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持USB传输、红外 无线传输（可选）；

(05)智能按键自动扫描，自动切换测定参数；

(06)内存330条曲线，其中30条标准曲线，无需调节，可直接使用，300条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用；

(07) 仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线；

(08) 可精确存储1.2万个测定数据（日期、时间、参数、测定结果）；

(09)打印当前数据和所有存储的历史数据；

(10) 消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制，具有延时保护功能;

(11)配备全透明进口耐热材料制作的防喷罩，保证实验安全可靠；

(12)自动恒温提醒、自动倒计时提醒，定时时间可 随意调节并保存；

(13)室温～190°C消解温度调节范围，兼容性更广；

(14)1分钟～96小时超宽定时时间调节范围，通用性更强；

(15) 同时消解15/30支水样（可选）；

(16)用户可选双温区消解器;

技术指标：

主机	测定项目	COD	氨氮	总磷	浊度
	测定范围	2－10000mg/L(分段)	0.02－60mg/L(分段)	0.002－5mg/L(分段)	0.5－400
	测定精度	COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5%	≤±10%	≤±5%	≤±5

最低检出限	0.1mg/L	0.01mg/L	0.001mg/L	0.1NT
测定时间	20分钟	10～15分钟	35～50分钟	1分
批处理量	15/30支(可选)水样	20支水样（可扩展）	15/30支(可选)水样	不限
重 复 性	≤±5%	≤±5%	≤±5%	≤±5
光源寿命	10万小时			
光学稳定	≤0.001A/10分钟	≤0.001A/10分钟	≤0.001A/10分钟	≤0.001A/
抗氯干扰	[Cl-] < 1000mg/L无影响 [Cl-] < 10000mg/L(可选)	—	—	—
比色方式	比色管、比色皿	比色管、比色皿	比色管、比色皿	比色
存储数据	1.2万			
曲线数量	330条			
显示方式	彩色液晶(分辨率320x240)			
通讯接口	USB/红外(选配)			

	供电方式	220V交流电源			
消解器	消解温度	165°C±0.5°C	—	120°C±0.5°C	—
	消解时间	10分钟	—	30分钟	—
	定时开关	3个	3个	3个	—
	供电方式	220V交流电源			

测定项目：

编号	测定项目	测定范围	单位
1	硫化物	0.02 —4	mg/L
2	氰化物	0.004—1	mg/L
3	硫酸盐	8—85	mg/L
4	硼	0.1—1.0	mg/L
5	游离氯和总氯	0.05—1.5	mg/L
6	氟化物	0.05—1.80	mg/L
7	碘化物	1 —10	ug/L

8	硝酸盐氮	0.02 —2.0	mg/L
9	砷	0.0004—0.5	mg/L
10	铍	0.001—0.028	mg/L
11	钴	0.02—0.16	mg/L
12	六价铬	0.004—1	mg/L
13	铜	0.02—0.60	mg/L
14	铅	0—75	ug/L
15	锑	0.05—1.2	mg/L
16	钒	0.018—10.0	mg/L
17	钍	0.008—3.0	mg/L
18	铀	0.0013—1.6	mg/L
19	挥发酚	0.1 —10	mg/L
20	苯胺类	0.03—50	mg/L
21	硝基苯类	0.1—70	mg/L
22	甲醛	0.05—3.33	mg/L
23	铁	0.03--5	mg/L
24	亚硝酸盐氮	0.003-0.2	mg/L

25	汞	0.002--0.04	mg/L
26	锰	≥0.05	mg/L
27	镍	0.1-4	mg/L
28	锌	≥0.005	mg/L
29	钡	0.06--3	mg/L
30	银	0.02--1.4	mg/L