

## 乡镇卫生院专业两槽超声波清洗器，煮沸消毒槽

产品名称	乡镇卫生院专业两槽超声波清洗器，煮沸消毒槽
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金尼克 型号:JK-DY1000
公司地址	合肥双凤经济开发区凤麟路048号
联系电话	0551-65683226 13275601658

## 产品详情

乡镇卫生院、中心医院专用超声波清洗器、煮沸消毒器

用途：主要适用于医院手术刀、手机、止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等污染性器械的大批量、高洁渡的清洗消毒，是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。

- 1、医用超声波清洗器JK-DY1000，医用煮沸消毒器JK-DYJ1000
- 2、清洗槽尺寸：600\*300\*288mm,有效容积 52L.
- 3、功能要求：必须能完成超声清洗、98 热水消毒过程；
- 4、超声频率 单片机输出频率为40KHZ，噪音低。
- 5、数显记忆和设定的频率自动转换时间及超声工作时间。
- 6、功率要求：超声功率 1000W可自动调节，清洗功能强，满足不同清洗对象
- 7、煮沸功率 500W；超声加热功率： 4500W，煮沸加热功率 10000W，加热速度快，效率高
- 8、进排水要求：仪器电控进水到设定位置低水位自动报警，同时可以电控排水。
- 9、温度要求：仪器加热最高0-98 可自动设置。
- 10、时间要求：仪器工作时间：1-480分钟随意可调。方便客户使用。
- 11、温度、当前过程等信息，并可以设定、修改。

- 12、功率可调：仪器功率可调40-100%,根据不同物件的需要可自动调节。
- 13、保护方式：仪器数显超温度、超电压、超电流保护指示，数显低水位无溶液保护。
- 14、材质要求：仪器外壳材质：304不锈钢板制作，
- 15、仪器内槽材质：304不锈钢板制作
- 16、降音盖 联机，手动
- 17、噪音： 60分贝