

实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱

产品名称	实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱厂家简介：

实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱厂家 北京福意联有限公司，是一家以医疗及实验室设备、和于一体的集团化企业。我们有好的产品、和团队，我们为客户提供好的产品、良好的优良、健全的，如果您对我公司的产品有兴趣，请QQ留言或者来电咨询。

实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱参数：

实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱：特点：

、用于药品液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，碘伏等恒温保温，减低在使用过程

中由于液体过热或过冷而增发的风险。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

具有锁功能，防止温度原有值设定的改变。电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱：

使用恒温箱的注意事项 (1) 检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。(2) 检查电恒温箱的门封是否紧密。门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。(3) 检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应熄灭。(4) 检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2) 然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手触摸冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是的恒温设备商，中华人民共和国都、直辖市和城市，的、文化，经济、金融的决策和，是一家拥有自主的企业，为外数百家企业提供过优良的恒温设备和。

实验4度冰柜 4摄氏度实验冰柜 实验室4度冰箱