

# 实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜

产品名称	实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜厂家简介：

实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜厂家 北京福意联有限公司经过10多年的发展，形成了集科研、生产和于一体的现代化产业。产品广泛适用于：医疗、实验室、科研、质检、大中院校、电子化工等。

实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜参数：

实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜：特点：

控制器: 微电脑温湿度集成控制器 精度范围:  
设定精度: 温度  $\pm 1$  , 指示精度: 温度  $\pm 1$  。 温度传感器: 温感传导器。 加热系统:

全优良系统，PTC电加热式加热器 除湿系统: 采用蒸发qi盘管温度层流接触除湿方式。 制冷系统: 全封闭风冷单机压缩制冷方式、原装全封闭风冷复迭压缩制冷方式。 循环系统: 耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮。 保护: 恒温设备具有漏电、短路、温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆之功能。

实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工  
恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，  
清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，  
户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避lei针上；4)检  
温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会  
动，也会烧坏电动机；5)检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音  
击的声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6)需要注意  
先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负

福意联恒温、冷藏设备等等。企业在经营过程中，坚持与客户一起成长，与供应商、商建立了稳固的合作关系。在经营中客户给予了我们巨大的优良。现在公司有供应，，渠道等多方的合作伙伴，

实验室用电冰箱2-8度 样品4度冷藏柜