

卤酸气体释出测定装置

产品名称	卤酸气体释出测定装置
公司名称	东莞市铭涛仪器设备有限公司
价格	868.00/台
规格参数	品牌:铭涛 型号:MT8078
公司地址	东莞市长安镇厦边兴业六街三号
联系电话	0769-81587451 13556680059

产品详情

产品详细介绍

一．卤酸气体释出测定装置符合标准：GB/T17650.1-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》标准、GB/T17650.2-8 和IEC60754-1:1994、IEC60754-2:1991标准；同时满足GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表6规定和GA306.1-2007第6.3.4条、GA306.2-2007第6.3.4条、UL2556-2007第9.10和9.11条要求。

二．卤酸气体释出测定装置适用范围：

用于电缆或光缆的材料在燃烧时气体释出后取得，以测定其PH值酸度及电导率等参数，判定材料性能的试验。用于测定低卤和无卤阻燃电缆的卤酸气体总量的测定和用测量PH值和电导率来测定气体的酸度。

三．卤酸气体释出测定装置中的管形炉参数：

管形炉：加热腔有效长度及管径600 × ϕ 42mm，配备一个可调电气加热系统。加热功率：220V/10KW

四．卤酸气体释出测定装置中的燃烧管参数：

材质：二氧化硅制成的耐火管，耐腐蚀气体。

规格：内径40mm，在管形炉进口侧伸出的长度为60~200mm，在出口测伸出的长度为60~100mm，留有间隙供热膨胀使用。

五．卤酸气体释出测定装置中的燃烧舟参数：

材质：采用熔凝石英管。

规格：长100mm，宽25mm，深10mm。燃烧舟送入方式：采用条形磁铁和铂线牵动方式。

气体的收集：采用选瓶二个；其中一个配有磁力搅拌器，并且盛有220mL的氢氧化钠熔液。

六.卤酸气体释出测定装置中供气系统参数：

空气流量计：20mL ~ 200mL可调

压缩机（贵公司自备）

取样：500mg ~ 1000mg

七．卤酸含量的测定：

分析天平：精度为0.1mg

数字PH计：精度为0.02PH

电导率仪：测量范围：（0 ~ 1×10^5 ）uS/cm