

供应东莞德尔塔母线槽燃烧试验装置

产品名称	供应东莞德尔塔母线槽燃烧试验装置
公司名称	东莞市高升电子精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德尔塔 型号:GS-MXCRS80
公司地址	东莞市大朗镇碧水天源大道新园一路创意产业园 A栋1楼 东莞
联系电话	0769-83110798 18128010179

产品详情

一、设备概述：

母线槽燃烧试验装置是用于检测母线槽关于防止火焰蔓延的验证的试验的要求，同时也能满足垂直安装的成束电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力的测试设备，是母线槽、电力电缆、控制电缆、光缆等成束燃烧试验的必备装置。

二、符合标准：1、满足GB/T 18380.31-2008，符合 GB18380.31—2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置》；2、等效采用

IEC60332-3-10：2000试验标准方法；3、满足GB7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》第10.101章节：防止火焰蔓延试验的要求，并配备相应工装（托具和夹具）；

4、等效采用IEC61439-6:2012试验标准方法。三、设备主要控制系统：1、点火控制系统；

2、收集塔及烟装置；3、燃气流量控制系统；4、烟雾浓度测量系统；（选配）5、测温控制系统；

6、延燃控制；

四、主要技术参数：1、工作电压：AC220 V10%、50HZ；2、用电功率：2KW；

3、恒温温度： (20 ± 5) ；4、空气流量： $0 \sim 30 \text{ m}^3 / \text{min}$ 可调；
5、燃烧气源：丙烷（液化石油气）；6、流量范围： $2.2 \sim 25 \text{ L/min}$ 、流量精度： 0.5 L/min ；
7、计时精度： $0 \sim 120 \text{ min}$ 可设定；8、风速计测量范围： $0 \sim 30 \text{ m/s}$ ；9、箱体观测窗：耐火玻璃（5mm厚）；10、测试用钢梯尺寸（竖直）： $500(\text{W}) \times 3,500(\text{H})$ ；11、宽型钢梯尺寸： $800(\text{W}) \times 3,500(\text{H})$ ；
12、燃烧面尺寸： $(\text{L})257 \times (\text{W})4.5 \text{ mm}$ ；13、不锈钢试验箱体的尺寸：内箱容积 8 m^3 ；
 $(\text{W})1200 \pm 100 \text{ mm} \times (\text{D})2200 \pm 100 \text{ mm} \times (\text{H})4000 \pm 100 \text{ mm}$ 。五、主要配置：

1、304不锈钢燃烧箱一个；2、控制箱主机一个；3、烟雾收集装置一套；4、冷却塔一个；
5、钢梯三套；6、黄铜喷灯一个；7、喷灯位置调节车一个；8、控制工控机一套；
9、流量传感器四套；（如需设备详细技术方案，可直接与我司相关销售人员联系）