高压漏电起痕试验机

产品名称	高压漏电起痕试验机
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3249 试验电压:100V-6000V 无级可调
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3249高压漏电起痕试验机

一、用途

高压漏电起痕试验机适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验，模拟在工频（48Hz - 62Hz）下，用液体污染物和斜面试样，通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。本机是严格按照GB/T6553-2003 及 IEC60587-1984设计制造。

二、性能指标

1、电极：厚0.5mm 材质：不锈钢；

2、上下电极距离：50.0mm±0.1；

3、试验电压：100V-6000V 无级可调；

4、调压器：输出：0～250V可以调，容量5KVA；

5、试验变压器：容量5KVA，*高输出电压AC6000V（或DC6000V可选）；

6、高精度稳压器：输出AC220V 功率6000W，精度±1%；

7、回路电流为60mA时，切断电压输出；

8、试验时间：6小时；

9、滴液精度：0.5%；

10、电压稳定度：±1%；

11、起痕判断：

依标准GB/T6553-2003/4.1.2规定，在试样上施加电压（2.5k V,3. 5k V和4.5k V），并以一定流速滴污染液，在60mA以下的电流持续6H不过流即为通过；

12、滴液装置：

采用进口精密蠕动泵，流量范围0.00185～20毫升/分钟，工作转速0.1～50转/分钟，流量精度误差：＜0.5%；

13、输出电压：交流/直流（可切换）

14、实验组数：五组

15、控制装置：采用西门子PLC+台湾威纶触摸屏控制，控制精密，操作简单，设计完全人性化，试验结束自动生成报告，面板热敏打印机可以适时打印试验结果；

15、工作室体积：900L*650W*950H(mm)；容积为0.56m3。

16、机箱：采用SUS304不锈钢（拉丝面）；

17、污液槽采用316不锈钢，加装密闭装置。

18、仪器外形尺寸：1300L*700W*1800H(mm)

19、重量：约200KG

20、扩展选择：本设备具有R232输出接口，可与计算机通讯，通过计算机软件控制。同时在试验后可以生成报告，对于选择此功能的客户我公司免费送测试软件一套。