

建筑材料分解烟密度试验机参数

产品名称	建筑材料分解烟密度试验机参数
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3080 功率:15W
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3080建筑材料燃烧或分解烟密度试验机

此仪器符合GB/T8627、ASTM D 2843、DIN4102《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》。适用于建筑材料及其制品燃烧时静态产烟量的测定，也可用于其它固体材料燃烧时静态产烟量的测定。

一、烟箱：1、结构：由不锈钢制成，内尺寸：长300mm、宽300mm、高790mm.

2、前面设有耐热玻璃的观察窗

3、烟箱内外为静电烤黑漆

4、在距箱底两侧480mm高开直径为70mm光的发射和接收窗。

5、顶部安装一个排风窗。

二、燃烧系统：1、气源：采用丙烷气（客户自备）

2、燃烧灯：为本生灯，长度260mm，喷嘴直径0.13mm，与烟箱成45°角

三、光电系统：1、光源：为灯泡，功率15W，工作电压6V。

2、接收器：为硅光电池，透光率0%为无光线通过，透光率100%光无遮挡完全通过。

3、经处理后的焦距：60~65mm

四、含透光率测量软件一套，可输出曲线和报表。

五、含电脑一台（打印机自备）