

口服液玻璃瓶材料要求

产品名称	口服液玻璃瓶材料要求
公司名称	泊头市超成玻璃制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:超成 型号:齐全 产地:泊头
公司地址	河北 泊头市 交河西关
联系电话	0317-8046333 13722701068

产品详情

口服液玻璃瓶(以下简称口服液瓶)适用于盛装口服液的管制玻璃瓶，其标准依据是Yy0056-91。

口服液瓶材料要求：由无色玻璃管、琥珀色玻璃管制成。无色玻璃管侧视允许有微蓝、微绿、微黄色;用于管制口服液瓶的玻璃管应符合GB12414的要求;用于管制口服液瓶的玻璃玻璃管应符合GB12416.2中1.2.3级中任何一级要求。

口服液瓶理化性能：

(1)耐水性：符合GB12416.1中HC1、HC2、HC3中任何一级中的要求。

(2)内应力：口服液退火后最大内应力应小于40nm/mm玻璃厚度。