

煤的瓦斯放散初速度测定仪（变容变压式）及相关附件

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 煤的瓦斯放散初速度测定仪（变容变压式）及相关附件 |
| 公司名称 | 郑州艾迪科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市高新区西四环228号 |
| 联系电话 | 0371-86553011 15378780998 |

产品详情

煤的瓦斯放散初速度测定仪（变容变压式）及相关附件

技术参数及要求

1.设备名称：

煤的瓦斯放散初速度测定仪（变容变压式）及相关附件

2.设备功能及性能要求：

依据 AQ1080-2009 中规定的变容变压式仪器测定煤的瓦斯放散初速度。

3.设备基本组成

煤的瓦斯放散初速度测定仪基本组成（包括但不限于下列配置）：

3.1 瓦斯放散初速度测定仪（变容变压式）1 台；

3.2 真空泵 1 台；

3.3 机械秒表 1 个；

3.4 甲烷气（含气瓶）1 瓶

3.5 甲烷气瓶专用减压阀 1 个；

3.6 标准分样筛 1 套；

3.7 电子药物天平 1 台；

3.8 钢直尺 2 把。

4.主要技术参数：

4.1 瓦斯放散初速度测定仪（变容变压式）：

（1）试样瓶容积（含管路） 5ml；

（2）固定空间体积 28ml（不含试样瓶）；

（3）气密性：不装试样时，对放散空间脱气使水银真空计液面相平停泵并放置 5min 后，水银真空计液面相差应小于 1mm。

4.2 真空泵：抽气量 2ml/s 且 5ml/s，真空度 4Pa；

4.3 机械秒表：60s/圈，精确度 0.1s，符合国家计量标准；

4.4 甲烷气：8L 钢瓶灌装，纯度 99.9%，具有出厂检定证书；

4.5 甲烷气瓶专用减压阀：铜质，逆丝扣，与所配甲烷钢瓶连接完好；

4.6 标准分样筛：孔径 0.2mm、0.25mm 各 2 个，含筛底和筛盖，符合国家计量标准；

4.7 电子药物天平：量程 300g，感量 0.1g，符合国家计量标准；

4.8 钢直尺：量程 500mm、小分度 1mm，符合国家计量标准。