

# 保温隔热砂浆密度仪DJL-1

产品名称	保温隔热砂浆密度仪DJL-1
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

## 产品详情

### 保温隔热砂浆密度仪DJL-1砂浆密度仪试验

测定砂浆拌和物捣实后质量密度，以确定每立方米砂浆拌和物中组成材料的实际用量。二. 结构参数量筒内径 . . 108mm 净 高 . . 109mm 筒 壁 厚 . . 2mm 容 积 . . 1L 三. 试验步1, 试验前秤出容量筒重，精确至5g，然后 保温隔热砂浆密度仪DJL-1将容量筒的漏斗套上，将砂浆拌和物装满容量筒并略有富余。根据稠度试验方法分别用插捣法或震动法，添加砂浆至装满。2，将筒口多余砂浆拌和物刮去，使表面平整，然后将容量筒外壁擦净，秤出砂浆与容量筒总重，精确至5g。3，砂浆拌和物的质量密度  $\rho$ ，按下列公式计算：式中  $m_1$  - - - - 容量筒质量 (kg)  $m_2$  - - - - 容量筒及试样质量 (kg)  $V$  - - - - - 容量筒容积 (L) 结果以两次试验算术平均值确定，计算精确至10kg/m<sup>3</sup>。注 保温隔热砂浆密度仪DJL-1：容量筒容积的校正，可采用一块能覆盖容量筒顶面的玻璃板，先秤出玻璃板和容量筒。然后向容量筒中灌入温度为20±5 的饮用水，灌到接近上口时，一边不断加水，一边把玻璃板沿筒口徐徐推入盖严。应注意使玻璃板下无气泡，然后擦净后连玻璃板秤重量。后者与前者之差（以kg计）即为容量筒容积（L）