

试验炉厂家|玻璃构件耐火试验炉

产品名称	试验炉厂家 玻璃构件耐火试验炉
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	工作电压:交流380v ± 10%50hz 燃烧气源:丙烷、液化气, 纯度95%以上(用户自备) 试验外样尺寸:宽*高> (2000*2500) mm (特殊规格用户可订做)
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

产品详情

符合标准：符合GB/T7633《门和卷帘的耐火试验方法》以及ISO3008《整樘门和卷帘的耐火试验》以及GB12513《镶玻璃构件耐火试验方法》、ISO 3009 - 1976《镶玻璃构件的耐火试验》。

技术指标：

用电功率：3kw

炉压测量范围：0-100pa 测量精度：± 3pa

空气流量：0-50m³/min 测量精度：± 0.5 m³/min

燃气流量：0-100l/min 测量精度：2.5级

气罐容量：50kg × 6

试件背火面辐射热测量范围：0 ~ 10w/cm²；

炉内压力测量范围：室内气压 ± 150mpa；

试验温度：程序升温 15min 室温 ~ 718 ， 30min 室温 ~ 821 ， 60min 室温 ~ 925 ， 90min 室温 ~ 986 ， 120min 室温 ~ 1029 ；

计时范围：0-120min 计时精度：< ± 1s

电气控制部分：采用嵌入式一体化工控机的MCGS组态软件和PLC程序。

包括：主控界面，炉温曲线界面，试件温度界面，历史记录界面和参数确定界面。

适用范围：适用于延缓火焰和热气流穿过的非承重垂直的玻璃构件的耐火试验，如玻璃门、窗、玻璃隔断和玻璃块材墙体等。