

全自动电脑恒应力压力试验机安装及保养

产品名称	全自动电脑恒应力压力试验机安装及保养
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 型号:DYE-300S
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

产品详情

DYE-300S型全自动电脑恒应力压力试验机安装及保养

无锡华锡建材试验仪器有限公司垂询热线13903179530，产品使用指导-----DYE-300S型全自动电脑恒应力压力试验机安装及保养：

DYE-300S型全自动电脑恒应力压力试验机安装

- 1.本试验机安装地基牢固可靠，为适应操作并使示值正确，基础可适当高出地面，高度按实际需要而定，试验机周围应留有不小于0.7米的空间，以便于维修和操作，地脚螺栓，应采用二次灌浆，确保螺栓埋设正确。
- 2.安装时应保持试验机的水平，应用0.1/1000框式水平仪，测量下压板的平面，如横或纵水平超出规定，可在底板下面加垫铁校正，然后拧紧地脚螺母。
- 3.然后接通电源线，本机电器应有接地安全防护装置，电源电压变化不超过而定值的 ± 10 。

DYE-300S型全自动电脑恒应力压力试验机维修与保养

1、安装条件：

试验机安装在清洁，干燥，温度均匀，周围无震动，无腐蚀气体影响的环境中。

2、保养：

试验机应保持清洁，试验机无保护层的零件应经常擦油，以防腐蝕。

3、用油标准：

液压油规格，视气温不同建议如下

(1) 当环境温度10-20 ° C时，用GB-443-84N46#

(2) 当环境温度20-30 ° C时，用GB-443- 84N48#

(3) 当环境温度20-30 ° C时，用GB-443- 84N48#

4、更换用油：

试验机使用半年至一年后应换油一次，换油时，彻底清洗油箱，滤油器，清洗油箱方法可向油箱内或入煤油，清洗后放出，中此重复几次至洗净为止，并用毛巾擦净箱底，再加入洁净液压油，如平时发现液压油浑浊严重不能再用时，应立即更换，否则会加速液压各部位磨损，甚至影响力值的准确度。

无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com