

医用恒温箱容量150L控温范围0-100

产品名称	医用恒温箱容量150L控温范围0-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72798.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱容量150L控温范围0-100 相关-

术中输注液体与冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用效果。方法：选择我院接收的手术患者 100例，根据入院治疗顺序随机分成对照组与观察组各50例，对照组采取液体不加温措施，观察组则在手术过程中将冲洗液体和输注液体加温为37℃，统计两组患者术中的体温变化情况及术中不良反应，并将结果进行对比。结果：经治疗后，观察组患者术中的体温变化幅度显著小于对照组，比较差异显著（ $P < 0.05$ ）；两组患者在术中没有出现明显的不良反应情况，比较差异不显著（ $P > 0.05$ ）。结论：对患者应用加温术中液体的方法安全，可以保证患者在手术过程中体温的稳定，为手术的成功完成提供了强有力的保证。

医用恒温箱容量150L控温范围0-100 产品用途-

腹腔冲洗液加温至37℃，是临床预防体温降低的重要的预防措施之一。福意联手术室液体加温箱用于冲洗液的加温，减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

医用恒温箱容量150L控温范围0-100 产品参数：

医用恒温箱容量150L控温范围0-100 相关-低体温处理方法

低温定义：核心温度低于35℃。我们普通的标准温度计是法测量的。在低温的情况下，电子血压计读数也不准确。需要用低刻度的直肠温度计，至少放入直肠15厘米。实际上，在现场大部分院前

急救系统不测量体温。 广义定义：当核心温度降低，令受害者无法产生足够的热量，恢复体内平衡或正常的生理机能，便可视作低温。 低温病因：寒冷的空气、冷水沉浸、冷水淹没、严重外伤、手术等。 医用恒温箱容量150L控温范围0-100