

# 南平市90-120吨地磅价格/上门安装

产品名称	南平市90-120吨地磅价格/上门安装
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	19800.00/件
规格参数	鹰衡:14/16/18/20/22米 SCS:100/120/150/180吨 上海:规定可以定制
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

任何检定活动都离不开标准仪器设备，对秤的鉴定离不开标准砝码。对中级、普通级秤进行检定所用的标准砝码误差应不大于秤相应称量最大允差的1/3。这一规定是检定中级、普通级秤时选取标准砝码的基本依据。选取标准砝码是开展检定工作的第一步。选取标准砝码必须明确秤的测试点及测试点相应允差，再计算出标准砝码的允差，从而选定符合要求的标准砝码。

一般应根据本单位及工作时实际情况来选取标准砝码。能用低级别的标准砝码进行检定尽量不要用gaoji级别的标准砝码进行检定，以便更好地保护gaoji级别的标准砝码。能用简单的标准砝码组合进行检定尽量不要用复杂的标准砝码组合进行检定，以便提高工作效率。

(1) 非自行指示秤灵敏度测试：在称量过程中进行灵敏度测试，增砣标尺秤在标尺最大量值和最大称量两点进行灵敏度测试，游砣标尺秤在副标尺最大量值和最大称量两点进行灵敏度测试。在计量杠杆处于平衡位置的秤上，轻缓地施加或取下其值约等于相应称量最大允差juedui值的砝码，由此引起计量杠杆的恒定位移应符合要求。

(2) 数字指示秤鉴别力测试：在最小称量、50%最大称量和最大称量进行鉴别力测试。在承载器上加放某一定量的砝码和10个0.1d的小砝码，然后依次取下小砝码，直到示值l确实地减少了一个实际分度值为l-d，加上0.1d然后加上1.4d，则示值必须为l+d，鉴别力测试可在称量测试中进行。从以上描述可以得出结论：选取的“小砝码”标称值应为被检秤检定分度值的0.1倍或能组合为0.1倍，数量不能少于14个或14个组合，再选取一个标称值为被检秤检定分度值的1倍或能组合为1倍的砝码。例如周期检定一台e=10g，最大称量为30kg的数字指示秤。选取的“小砝码”标称值或经组合应为1g，数量为10个，还应选取一组组合值为14g的砝码。可以选取14个M2级标称值为1g、1个M2级标称值为10g的砝码作“小砝码”。“小砝码”也作为测试称量性能中“采用闪变点方法确定化整前示值”添加的砝码使用。

(3) 模拟指示秤鉴别力测试：在最小秤量、50%最大秤量和最大秤量进行鉴别力测试。在处于平衡的秤上轻缓地加放或取下一个约等于相应秤量最大允差 $e$ 值的附加砝码，此时指针应产生不小于  $7/10$  附加砝码的恒定位移。