工频干式试验变压器

产品名称	工频干式试验变压器
公司名称	张家港市帅飞饮料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	张家港市三兴镇海沙工业区188号
联系电话	0512-58537233 18015676659

产品详情

工频干式试验变压器

HMGB工频干式试验变压器

一、工作原理：

该系列产品为低压工作电压220V/50HZ或380V/50HZ的工频电源，根据电磁感应原理，改变输入电压达到试验所需要的电压。

HMGB系列干式试验变压器产品可分交流、交直流、交流串激等，做直流试验时，需拔出高压套管上的短路杆，如需串激时，被串激的试验变压器需要支撑。

HMGB工频干式试验变压器

二、HMGB系列干式试验变压器使用条件：

1、环境温度：-5℃～ 40℃

2、相对湿度不超过85%（当空气温度为25时）

3、海拔不超过1000m

4、输入电源谐波含量不大于3%

HMGB工频干式试验变压器

三、HMGB系列干式试验变压器使用方法及注意事项：

1、按接线原理图接好工作地线，变压器的外壳及操作箱（台）必须接地。

2、接通电源前操作箱（台）调压器须先调至零位，电源接通后，绿色指示灯亮，按下启动按钮，红色指示灯亮，表示变压器已通电等待升压。

3、顺时针匀速旋转调压器手柄升压，并密切注意仪表指示及被试品情况。

4、试验完毕后，应在5秒钟内匀速将高压降至20KV以下，然后按下停止按钮，并切断电源，除非试验允许，决不允许突然断电。

5、试验中如果试品短路或故障击穿，操作箱（台）内过流继电顺工作，断电后应立即将调压器回到零位。

1 - 2RD熔电器 HD 信号灯（红色） C 高压串激抽头接线杆

TA 停止按钮 LD 信号灯（绿色） D 短路杆

QA 起动按钮 TY 自耦调压器 DL 高压硅堆

K 调压器限位开关 A 电流表 UA 数字微安表

JC 交流接触器 KV 电压表 1 - 2C 电容器

LJ 电流继电器 GB 高压试验变压器

更多详情请咨询：http://www.afbianyaqi.com/ParentList-385282.html