

# DYE-2000混凝土压力试验机安装及调试

产品名称	DYE-2000混凝土压力试验机安装及调试
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 产地:无锡
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

## 产品详情

无锡华锡建材试验仪器有限公司垂询热线13405759797，产品使用指导-----DYE-2000混凝土压力试验机安装及调试

### DYE-2000混凝土压力试验机用途

混凝土压力试验机具有手动加荷及加荷速度装置，主要用于测试砖、石、水泥及混凝土抗压强度试验，是建筑，建材，公路，桥梁施工单位的必备设备。

### DYE-2000混凝土压力试验机调试：

(1)注油：打开后后门，掀开油箱盖向油箱中注入适量机械油至油标位置。由于气温变化，所用油略有不同，现将用油规格说明如下：

当环境温度为 $15 \pm 5$  时，采用GB443—84N68机械油。

当环境温度为 $25 \pm 5$  时，采用GB443—84N100机械油。

(2)电气联接：把随机电源插头插在相应插座上。电源为380V 50Hz。

(3)启动油泵排气：将回油阀打开，送油阀打开。旋转电源开关(在控制箱的后面)，接通机器电源，显示建议画面，2秒钟后显示测试画面。按下“启动”键，启动电机，油泵开始工作，持续工作约一分钟后关闭回油阀，此时可发现下压板缓慢上升，在下压板上升一段距离后，关闭送油阀并打开回油阀，此时下

压板处于回落状态。重复以上步骤3~4次可完全排除系统内气体。

如仍无法排除，可按以下方法排气：

停机后打开前门，用随机带的扳手，拧下油泵前端面上的大螺母，再开机放油，至流出的油平稳后，关机，旋上螺母。

无锡华锡建材试验仪器有限公司官网[www.13903179530.com](http://www.13903179530.com)