

阀门耐火试验机

产品名称	阀门耐火试验机
公司名称	深圳市亿威仕流体控制有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办水田社区捷家宝路9号 羿松生态科技园A栋
联系电话	86-075586069900 15814415510

产品详情

<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1158&id=1294>

阀门耐火试验机

阀门耐火试验机设备简介：

设备适用于各类型阀门的烧烧耐火试验.系统为带压测试,以验证阀门在实际工况中遇火燃烧后的阀门强度及密封性等耐火性能,并做出产品性能判定.

参考执行标准：

ISO 10497-2010 阀门测试-阀门防火型式试验要求;

JB/T 6899—1993 阀门的耐火试验;

API 607—2005 《Fire Test for Soft—seated Quarter—turn Valves》;

API 6FA—1999 《Specification for Fire Test for Valves》;

API 6FD—1995 《Specification for Fire Test for Check Valves》.

主要技术参数：

试验介质：水;

加压范围：0~210MPa;

恒压范围：5%~100%FS;

测量精度：±0.5%FS;

控制精度：±1%FS;

试验温度：0~800 ；

制冷计时：0~99.99 (h/m/s) ,精确到0.1S;

燃烧计时：0~99.99 (h/m/s) ,精确到0.1S;

燃气流量：0.5~5L/min;

燃烧介质：丙烷,纯度不低于95%;

压缩空气：7bar@1Nm³/min;

环境温度：15~35 ；

环境湿度： 85%;

电源要求：AC 220V / 50Hz.

阀门耐火试验机设备参考图片：

相关文档

阀门静压寿命试验机

阀门气密性试验机

阀门水压强度试验机

阀门性能测试设备

<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1158&id=1294>