

分断容量和正常操作试验装置

产品名称	分断容量和正常操作试验装置
公司名称	东莞市高升电子精密科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德尔塔仪器 产地:东莞
公司地址	东莞市大朗镇碧水天源大道新园一路创意产业园 A栋1楼 东莞
联系电话	0769-83110798 18128010179

产品详情

分断容量和正常操作试验装置适用于独立做三个单插头插座试样的正常操作和分段容量试验。满足GB2099.1-2008以及IEC60884-1:2006标准中第20-21章节及图16要求。

主要技术参数：

分断容量和正常操作试验装置有两种结构形式：机械传动结构和气动元件结构。

- 1、工作频率：15次/分和30次/分。
- 2、工作行程：大于50mm(可根据客户要求订制)
- 3、试验次数计数：3位
- 4、体积：700X400X500mm B) 负载试验箱
- 5、输出电压：AC：200 ~ 280V可调
- 6、输出电流：0.1 ~ 30A可调
- 7、输出功率因数：0.3 ~ 1.0可调节
- 8、电压、电流、功率因数表表头的测量精确度：0.5级。
- 9、具有漏电保护功能。
- 10、计数器范围：1 ~ 999999可预置。

11、重量：400kg

12、体积：900X500X1800mm

设备主要清单：

1、配空压机1台

2、配备分断容量及正常操作试验插头:

3、制造标准：GB1002；

4、插头种类：10A两插、10A三插各3个；

5、插头材质：插销黄铜制作，插头基座绝热绝缘材料制作；

6、连线方式：配有接线端子。

设备满足标准：

分断容量和正常操作试验装置满足GB2099.1-2008以及IEC60884-1:2006标准中第20-21章节及图16要求。