

白酒分析气相色谱仪日常使用维护方法

产品名称	白酒分析气相色谱仪日常使用维护方法
公司名称	上海盟东仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇新张村西张838号3幢115室
联系电话	14799362780

产品详情

【简单介绍】

选用氢火焰检测器、毛细管系统，专用色谱柱，一次直接进样可完成白酒中酯、醇、醛等40多种组分的定性、定量分析。

白酒专用色谱(微量成分及酒精检测)

选用氢火焰检测器、毛细管系统，专用色谱柱，一次直接进样可完成白酒中酯、醇、醛等40多种组分的定性、定量分析，带分析方法和标样,省却了用户定性、定量之苦，仪器一经启动即可使用。适用于用户作科研及进厂原酒、酒精的质量控制。

日常养护及注意事项：

- 1，进样器内的进样垫在扎10针以上就应该进行跟换，更换后要注意检查是否漏气；
- 2，进样针属丁耗材，损坏后注意跟换；
- 3，色谱柱属于耗材，当分离效果变差时，适当调低柱前压，如果还是不能很好分离，就需要把色谱柱进行老化，老化后分离效果好就可以继续用，否则需要更换；
- 4．进样时的进样技术对最后的检测结果有直接的影响，为了检测结果的准确性，请熟练进样技术；
- 5，测样次数频繁的情况下，23个月做一次标准样品，更新模版！测样次数少的情况下可以适当延长做标准样品的时间间隔。

白酒分析气相色谱仪

<http://www.sp17.com.cn/>

http://www.chem17.com/st257628/erlist_1509267.html