

沧州水泥胶砂流动度测定仪

产品名称	沧州水泥胶砂流动度测定仪
公司名称	沧州路通伟业试验仪器有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村
联系电话	13833785923 15131717319

产品详情

NLD-3水泥胶砂流动度测定仪

概述：主要用于测定水泥胶砂流动数值，产品符合GB/T2419-2004标准要求。

主要技术指标：

振动部分总重量：4.35kg ± 0.15kg

振动部分落差：10mm ± 0.2mm

振动频率：1HZ

振动次数：15次自停

净重：约20KG

NLD-3水泥胶砂流动度测定仪操作规程

- 1) 使用前检查电源是否完备，进行空转以检查各控制元件工作是否正常。
- 2) 按规范规定制备试样，用湿布擦拭跳桌台面、试模内壁、捣棒等。
- 3) 将拌好的胶砂试样分两层装入试模，第一层高度为2/3，用小刀在相互垂直的两个方向各划5次，共计10次然后用捣棒由外至内均匀捣压10次，完毕刮平试模。
- 4) 将试模垂直轻轻提起，开动跳桌，25 ± 1s内完成25次跳动。
- 5) 跳动完毕，用卡尺测量胶砂底面直径及与其垂直方向的直径，计算平均值，结果取整数，即为该水量的水泥胶砂流动度，该试验须在5min内完成。

6) 每半年定期对各仪器元件进行保养清理。

沧州路通伟业试验仪器有限公司

手机：13833785923 梁总

手机：13483815169 李总

电话：0317-4680187

传真：0317-4680187

QQ:1203286966

邮箱：1203286966@qq.com

网址：<http://www.ltwysyyq.com>

地址：河北省献县郭庄镇王尧京工业区