

低气压实验机 真空模拟试验箱

产品名称	低气压实验机 真空模拟试验箱
公司名称	武汉苏瑞万信智能设备有限公司
价格	168788.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层654号
联系电话	18202738497

产品详情

保养

- 1、由于压缩机有空气循环系统，如果设备周围环境的空气灰尘多，需加过滤装置，同时，空气中是绝对不允许含有可燃气体及腐蚀性气体的，以免可能引起爆炸或内部锈蚀。整体来讲，要保证空气的相对湿度较低，灰常少量，通风良好。
- 2、压缩的性能不宜受高温，环境温度低于30 为宜。如果温度过高，压缩机的输出空气量就会减少。
- 3、设备应安置在宽敞的地方，空间狭小不利于后期的维修和保养，特别是压缩机的冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养，保持清洁。
- 4、试验箱工作场地电压要保持稳定，反则会导致电流过大或过小，常期在此条件下工作会导致压缩机损坏。
- 5、试验箱应建立在硬质的地坪上，在安装前须将基础平面整水平，以避免压缩机产生震动而引起噪音。

注意事项

- 1、在试验过程中不宜频繁启动压缩机，压缩机启动的间隔时间为15分钟。
- 2、设备在试运转时，严格检查压缩机的运转方向，当发现反转应立即停机，切断电源，把三相线任何两根对调再重新开机，否则会损坏压缩机。
- 3、试验设备在工作中，定期检验压缩机安全阀等保护系统，确保其灵敏可靠。