

医疗护理床疲劳寿命试验机, 多功能病床检测设备

产品名称	医疗护理床疲劳寿命试验机, 多功能病床检测设备
公司名称	东莞市正杰仪器科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	工位:1 品牌:正杰 型号:ZJ-8503
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦社区塘新街92号
联系电话	0769-82086299 18928297679

产品详情

医疗护理床疲劳寿命试验机, 多功能病床检测设备

一、多功能医疗护理床疲劳寿命试验机试验项目：

- 1、护理床耐久性测试：模拟一定质量负载通过一个标准的载荷垫按一定的频率反复施加在床垫上到达一定的次数后，查看床各部件影响情况，本机中负载可设置，频率可调节，次数可设置，到达设定的次数自动停机；
- 2、护理床自由跌落冲击测试：模拟规定质量的冲击器按一定的高度一定的频率反复自由跌落到一定的次数后，查看床各部件影响情况，本机中测试频率可调节，次数可设置，到达设定的次数自动停机；
- 3、床垫支承台边缘加载可和床垫支承台动态耐久性测试共用一个装置，分别在床的三个边缘点测试；
- 4、护理床水平载重试验：模拟边栏水平左右两方向，垂直上下两个方向受力测试，力值和保持时间可设置；

二、多功能医疗护理床疲劳寿命试验机基本参数：

1、本机设计符合标准：IEC60601-2-52:2015《Medical electrical equipment –

Part 2-52: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds》第201.9.8.8章节等、YY0571：2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》第24.3章节、28.4章节等；

- 2、采用气动触摸屏程序控制，各参数可设置调节，操作简单，稳定准确耐用；
- 3、气缸共五套，分别是耐久性测试一套，跌落冲击一套，边栏力值测试三套；
- 4、垂直力：300kg；力传感器精度：0.03%；
- 5、侧方力：200kg；力传感器精度：0.03%；
- 6、标准冲击器一个（参照IEC60601-2-52:2015 Figure BB.2- Impactor）；

接受准则参照IEC60601-2-52:2009 Annex B.B.2.2