

护理床冲击试验机,正杰仪器,护理床跌落测试机

产品名称	护理床冲击试验机,正杰仪器,护理床跌落测试机
公司名称	东莞市正杰仪器科技有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:正杰 冲击高度:0 ~ 400mm可调 测试速度:1 ~ 30次/分 可任意设定
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦社区塘新街92号
联系电话	0769-82086299 18928297679

产品详情

ZJ-8505护理床冲击试验机,正杰仪器,护理床跌落测试机通过模仿人体对医疗床, 护理床, 童床的冲击,以检测医疗床, 童床及受到垂直冲击后之耐破坏强度, 为改医疗床及医疗床结构提供可靠之设计与较核依据, 新款检查的结果更加准确、耐用。

参考标准: 本试验机依据欧盟标准制作,参考标准YY0571-2005《医用电气设备第2部分: 医院电动床安全专用要求》附录BB.1.2条款

型号	ZJ-305
冲击高度	25 ~ 250mm可调节
冲击方式	自由落体
冲击频率	5次/分 ~ 20次/分可调节
试验次数	0 ~ 999999次可设定
医用床冲击高度范围	0 ~ 400mm可调
测试气杠行程	100-500mm
显示方式	大液晶触摸屏数字显示
控制方式	微电脑自动控制
动作方式	电动气动
提升装置	利用气缸带动电磁铁上下移动
配件	电磁阀、调压滤油滤水双联、位置传感器等自动感测试件有无损坏, 并自动停止测试。