

乳腺彩超 妇科彩超 阴式彩超生产厂家

产品名称	乳腺彩超 妇科彩超 阴式彩超生产厂家
公司名称	江苏佳华电子设备有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:佳华 型号:JH-910 产地:徐州市
公司地址	徐州市纺织西路关庄组团14#
联系电话	86-051685811778 13952151503

产品详情

二、规格参数格

1. 灰阶：256级；
2. 彩阶：256级；
3. 显示器：15"高清晰逐行无闪烁彩色液晶医用监视器；
4. 电源：AC110/230 -15% ~ +10%（自适应电源电压）60/50Hz ± 1Hz；
5. 电池：大容量(6.6 A h)锂电池一块，可支持机器工作120分钟以上；（JH-910B带，JH-910A不带）
6. 功耗： 150VA

三、多媒体和外周设备

1. 视频记录仪UP-897MD（选配）；
2. Station一体化工作站，能完成存储图像、报告生成及云打印功能（选配）；
3. U盘（支持文件管理、软件升级和一键存储功能）、DICOM接口，方便医生的数据管理，可远程传输；
4. 双制式TV输出：PAL/NTSC。

四、探头接口

探头接口：2个激活探头接口，具有自动识别技术，支持多种探头选配。

五、语言

菜单式界面操作，界面语言：中/英文可切换（国外产品可支持俄语、西班牙语定制）。

六、探头扫描参数

I3.5MHz R60凸阵宽频

1. 扫描角度：60°
2. 频率范围：2.0MHz - 5.0MHz
3. 变频4段：2.0/2.5/3.5/5.0
4. 最大扫描深度 190mm
5. 盲区： 5mm
6. 分辨力：轴向分辨力 1mm，侧向分辨力 2mm
7. 几何位置精度：横向 5%，纵向 5%

I7.5MHz L40线阵宽频

1. 频率范围：6.0MHz - 9.0MHz
2. 变频4段：6.0/6.5/7.5/9.0
3. 最大扫描深度 60mm
4. 盲区： 3mm
5. 分辨力：轴向分辨力 0.5mm，侧向分辨力 1mm
6. 几何位置精度：横向 5%，纵向 5%

I6.5MHz R11腔内宽频

1. 扫描角度：135°
2. 频率范围：4.5MHz - 9.0MHz
3. 变频4段：4.5/5.5/6.5/7.5
4. 最大扫描深度 60mm
5. 盲区： 4mm
6. 分辨力：轴向分辨力 1mm，侧向分辨力 1mm

7. 几何位置精度：横向 10%，纵向 5%

七、操作模式

1. B、B/B、4B模式

2. M、B/M模式

3. 彩色血流模式(CFM)

4. 能量多普勒模式 (PDI)

5. 脉冲频谱多普勒 (PW)

6. 组织谐波成像THI

八、系统设置

I 基本预置

1. 界面语言：中文、英文

2. 时间、日期设置

3. 日期格式：可选择yyyy-mm-dd、mm-dd-yyyy或dd-mm-yyyy

4. 屏保时间设置

5. 按键音设置

6. 制式设置

7. 字体亮度设置

8. 医院名称

I 探头信息

I 公式预置：

1. 双顶径：12种

2. 头臀长度：12种

3. 妊娠囊：5种

4. 股骨长度：9种

5. 肱骨长度：3种

6. 腹部横径：3种
7. 体干横截径：1种
8. 体干前后径：1种
9. 头围：4种
10. 腹围：6种
11. 足长：2种
12. 椎骨长度：1种
13. 胸直径：1种
14. 小脑径：1种
15. 枕额径：1种
16. 胎重：12种
17. 体表面积：2种

I 网络预置：本机IP地址、局域网服务器、DICOM服务器设置

I 注释预置：病变、常规、腹部、妇产科、心脏、泌尿系统、浅表、矫形外科八种，针对每项都预置了常用名词，可根据实际需要增加、修改等编辑，方便用户使用。

I 存储预置：BMP、PNG格式（图像压缩格式）。

I 密码预置。

I 关于：生产商名称、设备名称、软件信息

I 恢复厂家设置。