盐雾测试国标-盐雾箱-专业盐雾箱-苏瑞万信

产品名称	盐雾测试国标-盐雾箱-专业盐雾箱-苏瑞万信
公司名称	武汉苏瑞万信智能设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	温度范围:Rt～85°C 准确度:±1% 温度波动度:±2
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层654号
联系电话	18202738497

产品详情

GB/T 10125一 1997 、采用ISO9227:1990人《造气氛腐蚀试验— 盐雾试验》

主要的试验条件项 目 配制 时 试 验 中 备 注氯化钠溶液浓度(g/l) 50 40~60 最好每天标定浓度一次pH6.5 6.5~7.2 收集后测定试验中的pH值压缩空气压力(kgf/cm2) …… 1.00kgf/cm20.01 连续不得中断喷雾量(ml/80cm2 /h) …… 1.0~2.0ml 应至少收集16小时,求其平均值压力桶温度(°C) …… 47°C±1°C监水桶温度(°C) …… 35°C±1°C试验室温度(°C) …… 35°C±1°C 每天至少测两次, 其间隔至少7小时试验室相对湿度 …… 85%以上 其它湿度要求由买卖双方协议之试 验 时 间 ：即由开始喷雾至终了的连续时间, 或由买卖双方协议之。3. 试验液之配制: 溶解试药级氯化钠(1)于蒸馏水(或总溶解固体量小于200ppm 以下的水中),调配成浓度为5%的试验液(2)此试验液在35°C喷雾后,其收集液 pH值应为6.5~7.3(3)且喷雾前,此试验液不能含有悬浮物(4) 注(1) : 氯化钠不能含有铜与镍的不纯物,固体内的碘化钠含量须小于0.1%。因为不纯物中可能含有腐蚀抑制剂, 所以不纯物总含量须小于0.3%。(2) : 在33~35°C间测量此试验液的比重应为1.0258~1.0402, 在25°C测量时的比重则为1.0292~1.0443。此试验液的浓度亦可利用硝酸银溶液滴定法或其它方法标定。(3) : 试验液须以试药的监酸或氢氧化钠稀溶液调整pH值,并以pH仪或其它可靠方法测量之由于配制试验液的水中含有二氧化碳, 二氧化碳在水中的溶解度随温度改变而影响溶液的pH值,故须小心控制pH值。pH值则可依下列任一方法调整:a. 常温配制试验液,于35°C喷雾, 因为温度的升高而使部份二氧化碳逸出溶液而升高pH值。故在常温配制试验液时， pH值应调整在6.5内, 才可以使收集液的pH值在6.5~7.2之间b. pH值调整前,使试验液先煮沸再冷至35°C,或维持在35°C温度48小时。如此调整的pH值在35°C喷雾时,将不会产生太大变化。c. 先将水加热至35°C以上,以去除溶解的二氧化碳,而后再调制试验液并调整pH值。如此在35°C喷雾时,所调整的pH值也不会产生太大变化。(4) : 为避免喷雾嘴阻塞, 此试验液须过滤或小心倾斜注入盐水桶, 或于喷雾吸水管前端处装上玻璃过滤器或适当之纱布为宜。4. 试验设备:本试验所需之设备为喷雾嘴、盐水桶、试验片支持架、喷雾液收集容器、试验室(5)、盐水补给桶、压力桶、压缩空气之供给设备与排气设备等所构成,并依照如下条件试验。备注(5) : 试验室大小, 须在0.48m3以上。4.1 盐水喷雾试验机与其所需的管路应采用纯性材料, 不能对喷雾之腐蚀试验有影响或本身被腐蚀者。4.2 喷雾嘴不可直接将试验液喷向试样, 喷雾室顶部聚集之溶液不得滴落在试验片上。4.3

试验片滴下之试验液不可流回盐水桶,而再用于试验。4.4 压缩空气不能含有油脂及灰尘,
所以须有空气清净器。空气压力须保持在1.00?0.01kgf/cm2,因为压缩空气于膨胀时, 有吸热现象,
所以须事先有预热

苏瑞盐雾箱技术参数

温度范围：Rt～85°C

湿度范围：85～98%RH

温度均匀度：±2°C

温度波动度：温度波动度

饱和空气筒温度范围: Rt+10°C～70°C

盐雾沉降量：1～2mL/80cm2・h

喷雾方式：连续/周期任选

喷雾压力：0.07-0.17MPa（可调）

试验时间：1～9999 H、M、S（可调）

周期时间：1～99 H、M、S（可调）

样 品 架：三层，可满足15/45度倾斜试验（可提供定制）

注：以上为标准配置，可根据客户要求特殊定做。

含包装运输、安装调试、操作培训。

l供方负责运费送货上门；

l供方负责安装调试操作介绍，直到需方员工独立操作为止；

l 保修期壹年，自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件，售后服务必须到现场解决的，

供方在24小时之内到达用户现场。

军工品质，值得信赖！18202738497!