

# 热变形维卡软化点试验机、pp塑料维卡软化点测试仪

产品名称	热变形维卡软化点试验机、pp塑料维卡软化点测试仪
公司名称	秒准科学仪器（深圳）有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:MZ/秒准 型号:MZ-WK 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路29号达尔讯科技工业园1号厂房403西侧（注册地址）
联系电话	0755-29185734 15986644429

## 产品详情

### 技术参数:

灼热丝	4mm ± 0.04mm Ni/Cr(80/120)特制标准环形，卧式静置
热电偶	0.5mm K型，进口绝缘式耐高温铠装热电偶，铠装套耐热1100（优于标准1050）
灼热丝通电加热温度	500 ~ 960（数显可预置），温度波动<3
试样对灼热丝试验压力	1.0N ± 0.1N(可调节)(优于标准1.0N ± 0.2N)
烫入深度	7mm ± 0.5mm(可调节)
试样移动速度	10mm /s ~ 25mm /s
试验时间	30s ± 0.1s(1s ~ 999.9s数显可预置)
引燃铺垫板厚	采用厚10mm的白松木板外覆标准绢纸（12g/m <sup>2</sup> ~ 30g/m <sup>2</sup> ），放置于离灼热丝下200mm ± 5mm
试验区容积	0.5m <sup>3</sup> 背景黑色背景照度 20Lx；
外形尺寸	1160 × 550 × 1050(宽*深*高) mm，?100mm
电源功率	1kVA/220V/50-60Hz

### 设备的主要性能特点:

- 1、采用吸合式继电器来控制灼热丝烧入样品的深度，并且具有可调节功能，同时配备测量量规，具有准确快捷的特点。
- 2、采用英国进口热电偶(4437951)，温控准确。采用欧姆龙继电器，计时器，梅兰日兰漏电保护器，红波按钮等知名牌来保证设备长期稳定运行！

- 3、灼热丝接触被测物品时，设备继续供电，样品车退回后2S内切断电流，保证试验准确进行
- 4、配备网状转接样品夹具，方便装夹异型和小型试品。
- 5、照明灯具采用标准防爆灯具，符合安全标准
- 6、采用正野密封排风扇保证箱体密封。且排风效果强！
- 7、箱体采用1.2mm不锈钢箱体，美观大方！

#### 基本介绍：

- 1、灼热丝试验是IEC60695-2-10、IEC60695-2-13《灼热丝/热线，基本试验方法，灼热丝试验装置和通用试验程序》和UL746A、IEC829  
DIN695、VDE0471、或者ASTM-3874-2004等的标准规定使用无火焰起燃程序仿真试验项目。
- 2、灼热丝试验仪将规定材质(Ni80/Cr20)和形状的电热丝用大电流加热至试验温度(550 ~ 960 )1min后，以规定压力(1.0N)垂直灼烫试品30s，视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性；测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度(GWIT)、可燃性和可燃性指数(GWFI)。
- 3、灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

改性厂设备、各级实验室、工厂实验室设备整合供应；

联系电话：15986644429（杨先生） 497524270（微信）