

豫北新生儿医用护脐包厂家价格

产品名称	豫北新生儿医用护脐包厂家价格
公司名称	河南省豫北卫材有限公司
价格	1320.00/件
规格参数	品牌:豫北 型号:常规 产地:长垣
公司地址	河南 长垣县 河南省蒲东工业园区
联系电话	15090305663 15090305663

产品详情

新生儿医用护脐包使用说明书

【产品名称】:医用护脐包

【结构组成】:

本产品由护脐带、医用棉签、脐带绳、橡皮圈组成，护脐带由外带、医用胶带、医用纱布块组成。

【产品性能】：2.1 护脐包内配置及规格尺寸符合表1规定。

2.2 护脐带的性能应满足下列要求：

2.2.1 产品表面清洁无污染，缝制牢固，无脱线、跳线现象。

2.2.2 缝制的护脐带带体应针码均匀平直、无跳线、漏缝等现象，缝制的针距4cm内不少于7针。

2.3护脐带保护垫采用医用纱布块制成，其医用纱布块选用具有医疗器械注册证的合格产品。

2.4护脐带与纱布块结合牢固度：在施加2N的轴向静拉力，持续10S作用下，护脐带与纱布块应不分离。

2.5 医用胶带选用具有医疗器械注册证的合格产品。

2.6 医用棉签选用具有医疗器械注册证的合格产品。

2.7 脐带绳的长度不小于8cm；断裂强力应不小于10N。

2.8 橡胶圈的长度为0.25cm,断裂强力不小于2N。

2.9 脱脂棉纱布

2.9.1 荧光物：按3.10.1试验时，棉与粘胶纱布应符合3.10.1。

2.9.2 下沉时间：按3.10.2试验时，下沉时间应不超过10S。

2.9.3 酸碱度：按3.10.3试验时，不应有溶液显粉红色。

2.10 护脐包应无菌。

2.11 护脐包经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10 μg/g。

【适用范围】：适用于妇产科新生儿断脐后的护理使用

【注意事项】：1.本品为一次性使用，包装破损禁止使用，用后销毁；

2.生产日期、批号、有效期见合格证或包装封口处；

3.本品经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10 μg/g，自灭菌之日起无菌有效期两年。

【贮存】：贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的库房内。