# 百级洁净工作台医院用

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 百级洁净工作台医院用 |
| 公司名称 | 济南贝康净化科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 博科:BBS-DDC |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园2号楼2层创新孵化中心1-1号席位 |
| 联系电话 | 18765883027 |

# 产品详情

鑫贝西生产的超净工作台，可搭配生物安全柜使用，可以有效的保护实验的环境跟样本，很多的三甲医院指定的产品。

百级洁净工作台医院用【联系方式】

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027

百级洁净工作台医院用【技术参数】

1、洁净台分类：垂直层流、单面操作

1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1040mm×615mm×1770mm；

内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×540mm×545mm；

额定功率：350 W；

气流流速：0.3～0.5m/s；

紫外灯功率：18W；

日光灯功率：21W；

前窗玻璃开口最大高度：490mm；

工作台到地面高度：750mm；

噪音≤65dB(A)；

1.2 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.3过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

1.4工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

1.5 可在洁净台顶部更换、维修风机及过滤器。

1.6箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

1.7工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

1.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：通过光柱多少显示风机的风速；

1.9洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止；

1.10 照明：≥350lx。

1.11 底脚顶丝、洁净台万向轮的设计，洁净台可通过万向轮移动且可以通过调节底脚顶丝固定调平。

1.12紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。

百级洁净工作台医院用【配置清单】

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| BBS-DDC主机 | 1台 |
| BBS-DDC底座 | 1套 |
| RVV电源线 | 1根 |
| 保险管（10A） | 1个 |
| 日光灯管（T5 21W） | 1根 |
| 紫外灯管（T8 18W） | 2根 |
| BBS-DDC说明书 | 1本 |
| 检验报告 | 1份 |
| 合格证 | 1个 |
| 保修卡 | 1个 |
| 顾客满意度调查表 | 1份 |

| | |
|---|---|
| 产品验收单及安装报告 | 1份 |
| 培训证明 | 1份 |
| 内六角圆柱头螺栓M10*50 | 14套 |
| 平垫圈10+弹簧垫圈10 | 6组 |
| 不锈钢盖型螺母M10 | 4套 |

百级洁净工作台医院用【联系方式】

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027