

药品试剂保存箱

产品名称	药品试剂保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

试剂保存箱是由制冷系统、数字温度控制系统、空气循环系统、热补偿系统、温度传感器等组成。放入根据需要设置将温度调节到佳冷藏温度即可运行。当环境温度低于设置温度时,热补偿系统将温度升到设置温度。当温度低于设置温度时,制冷系统将温度自动调节到需温度。当机器制冷系统发生故障或温差大于偏离值时,警报系统开始发出警报声,提醒使用者及时对箱内作出处理,降低不必要的损失

试剂保存箱由福意联生产。

福意联(FU.YI.LIAN)人艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联(FU.YI.LIAN)公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术;我们力图突出产品和技术的特点;我们将不断提高我们的销售与技术人员素质,以便更好的服务于用户。嵌入式430升保温柜作为福意联(FU.YI.LIAN)主打产品之一,引进技术,广泛应用于各大,并且得到的客户的一直认可!

试剂保存箱价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同,了解详情可来电咨询福意联咨询热线:13910804759 商务员:何经理福意联联系QQ:1182335189 产品三包,整机质保一年,压缩机三年,终身维护!-----

试剂保存箱技术参数

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

福意联（FU.YI.LIAN）高低温试验箱（柜）可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差均符合要求，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接。

福意联主题思想

爱国：忠于祖国

创业：携手并肩

求实：实事求是

奉献：爱岗敬业

要求

第五节 设施与设备

第四十三条 企业应当具有与其经营范围、经营规模相适应的经营场和库房。

第四十四条 库房的选址、设计、布、建造、改造和维护应当符合储存的要求，防止的污染、交叉污染、混淆和差错。

第四十五条 储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开距离或者有隔离措施。

第四十六条 库房的规模及条件应当满足的合理、安全储存，并达到以下要求，便于开展储存作业：

- （一）库房内外环境整洁，源，库区地面硬化或者绿化；
- （二）库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密；
- （三）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理，防止被盗、替换或者混入假药；
- （四）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施。

第四十七条 库房应当配备以下设施设备：

- （一）与地面之间有效隔离的设备（试剂保存箱）；
- （二）避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备；
- （三）有效调控温湿度及室内外空气交换的设备；
- （四）自动、记录库房温湿度的设备；
- （五）符合储存作业要求的照明设备；
- （六）用于零货拣选、拼箱发货操作及复核的作业区域和设备；
- （七）包装物料的存放场；
- （八）验收、发货、的场；
- （九）不合格存放场；
- （十）经营特殊管理的有符合规定的储存设施。

第四十八条 经营中药材、中药饮片的，应当有的库房和养护工作场，直接收购地产中药材的应当设置中药样品室（柜）。

第四十九条 经营冷藏、冷冻的，应当配备以下设施设备：

- （一）与其经营规模和品种相适应的冷库，经营的应当配备两个以上独立冷库；
- （二）用于冷库温度自动、显示、记录、调控、报警的设备；
- （三）冷库制冷设备的备用发电机组或者双回路供电系统；
- （四）对有特殊低温要求的，应当配备符合其储存要求的设施设备；
- （五）冷藏车及车载冷藏箱或者保温箱等设备。

第五十条 运输应当使用封闭式货物运输工具。

第五十一条 运输冷藏、冷冻的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱应当符合运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度数据的功能；冷藏箱及保温箱具有外部显示和采集箱体温度数据的功能。

第五十二条

试剂保存箱储存、运输设施设备的定期检查、清洁和维护应当由人负责，并建立记录和档案。 [2]