

建筑外窗保温性能检测装置

产品名称	建筑外窗保温性能检测装置
公司名称	沈阳鑫宇中天机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市皇姑区陵东街道田义村
联系电话	13940097453

产品详情

检测项目：

用于建筑外门窗、玻璃窗框保温性能的检测

适用标准：

GB/T8484-2008 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》

技术参数：

外形尺寸长*宽*高（米） 3.9*2.7*3.0

环境空间尺寸长*宽*高（米） 4.9*4.1*3.5

洞口尺寸长*宽*高（米） 1.52*0.3*2.1

测温精度 0.2

控温精度 热室 0.1

加热功率 1000W

加热功率精度 热室：0.5级

测试方式 全智能自动检测方式

电源电压 380V 9KW 五线制

自重 600kg

注：不含抗结露因子系数检测、外环境系统