

优利特 URIT-180尿液分析仪

产品名称	优利特 URIT-180尿液分析仪
公司名称	潍坊嘉松医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市昌乐县方山路4700号天桥综合市场6号楼17商铺（注册地址）
联系电话	0536-6251810 15505360658

产品详情

优利特 URIT-180尿液分析仪及配套试纸条

参数名称

测量原理

测定波长

工作模式

显示

可测项目

控制功能

打印

使用环境

极限环境

贮存环境

控制功能

通讯端口

存贮功能

输出信号

使用电源

消耗功率

外型尺寸

重量

八项、十项、十一项试纸条

反射光电比色法

550nm、620nm、720nm测定速度

单条测试方式、自动连续测试方式、具有自动感应试纸条功能

大屏幕显示，中文菜单指导。操作提示信息 and 测试结果。测试结果用半定量符号和国际单位标示

尿液中PH值、亚硝酸盐、葡萄糖、蛋白质、隐血、酮体、胆红素、尿胆原、尿比重、白细胞、维生素C

自检、测试、故障判断等由机内处理器控制

内置微型打印机打印测试结果，可外接打印机

15~30 RH 80%(推荐使用)

极限环境

-20 ~ 55 RH 95%

自检、测试、故障判断等由机内处理器控制

串口、并口，PS/2输入口（可接条形码阅读器）

可贮存1000个标本数据

SerialASCII码(RS232标准接口)，可与计算机通信

交流220V ± 10%，50/60Hz

约40VA

仪器320mmx300mmx120mm

4.0Kg

