

# 温州东诚高低温交变湿热试验箱

产品名称	温州东诚高低温交变湿热试验箱
公司名称	温州东诚环境试验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:温州东诚设备
公司地址	浙江省乐清市柳市镇山弄村
联系电话	86-0577-62569711 15372832171

## 产品详情

### 高低压交变湿热试验箱主要技术参数

型 号		DWJX-018
工作尺寸		1250*1250*1200
(D×W×H)		
主	温度范围；	- 40 ~ 150
要	温度偏差	± 0.1
技	温度均匀度	± 2
术	湿度范围、	30 ~ 98%R · H
性	湿度温控范围	25 ~ 85
能	额定功率	7.2KW
温	控制器	TEMI880
湿		
度		
运		
行		

系 统	温湿度传感器	高精度铂金电阻*Pt100
	制冷系统	采用全封闭进口压缩机、风冷式方法制冷
	加热系统	镍铬合金电加热管，无触点固态（SSR），PID控制加热
	加湿系统	克隆国外外置隔离式，不锈钢加湿器加湿
	供水系统	由控制器自动控制加水，可反复使用
	循风系统	特制长轴电机，有超温保护功能，和离心式多叶风轮循风
设 备 结 构 安 全 措 施 安 装 使 用 备 注	除湿系统	在制冷系统中有自动除湿组除湿
	箱体材质	优质SUS304不锈钢板材
	工作室材质	优质SUS304不锈钢板材
	保温材质	优质超细玻璃纤维棉
	观察窗	多层真空导电钢化玻璃
	电路系统 水路系统 制冷系统	过载，漏电，，短路，过热等 缺水保护 超压，过流，过热、等
场所环境	室温；10~26 85%R/H 无强磁场、阳光直晒等。	
电源	AC380V50HZ	
水源	蒸馏水或纯净水	
本技术参数符合标准；GB/T2423.1-2001 GB/2423.2-2001等 以上均为标准试验箱参数，非标参考		