

温湿度记录仪ZJ1-2B

产品名称	温湿度记录仪ZJ1-2B
公司名称	山东良辰仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山西路1999号高墙王小区5号楼4-202室
联系电话	13127111723

产品详情

ZJ1-2A/2B温湿度记录仪，也称为ZJ1-2A/2B温湿度计温度感应元件是双金属片，湿度感应元件是一束脱脂毛发，具有测量准确，安装简便、读数清晰等特点。主要用于纺织、食品、科研、环保、仓库等各行业及气象台(站)作连续记录空气温度和相对湿度变化之用。主要用于纺织、食品、科研、环保、仓库等各行业及气象台(站)作连续记录空气温度和相对湿度变化之用。也广泛用于家庭居室、办公室、写字楼、酒店、学校、实验室、厂房、苗圃等等，温湿度计可为您的健康生活提供一个明确指示。

技术参数：

型号	ZJ1 - 2A	ZJ1 - 2B
温度范围精度	- 15 ~ 45 ± 1	- 15 ~ 45 ± 1
湿度范围精度	0 ~ 100%RH ± 5%RH	0 ~ 100%RH ± 5%RH
记录时间精度	1d(日记) ± 5min	7d(周记) ± 30min
制动方式	电子式	电子式
外形尺寸	320 × 143 × 280mm ³	320 × 143 × 280mm ³
重量	3kg	3kg

结构原理：1、温湿度记录仪（温湿度计）原理：温度感应元件是双金属片。湿度感应元件是一束脱脂毛发，记录钟采用电子钟。2、罩壳采用全透明的有机玻璃和塑料罩壳组合而成，优质防腐底座。3、温湿度记录仪（温湿度计）造型美观大方，结构简洁，品质优越，示值准确。4、根据记录钟的不同,温湿度记录仪(温湿度计)分为1d(日记)、7d(周记)

ZJ1-2A/2B型温湿度计注意事项：

- 1、仪器应保持整洁，并请安装在避免阳光直射，无振动，无腐蚀性气体的环境中使用；

2、ZJ1-2B型每检查一次，电压低于1.2V时，请更换新电池；周调换一次自记纸：AJ1-2A型每天调换一次自记纸；

3、经常检查记录笔和墨水，防止记录中断；

4、时钟的电池电压必须每月

维护：

湿度部分的毛发束应保持清洁，一般在2-3个月后应清洗一次。方法：用洁净的毛笔蘸蒸馏水在毛发束上细心洗刷数次，至毛发束无尘污存留为止。

仪器成套性：

温湿度记录仪 1台

自记纸 1包

气象记录墨水 1瓶

笔尖 2只

说明书 1份

合格证 1份