

Thermo Acclaim HPLC 色谱柱

产品名称	Thermo Acclaim HPLC 色谱柱
公司名称	郑州鸿朗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛默飞
公司地址	郑州市金水区南阳路324号院2号楼15层1536号
联系电话	0371-89955998 18137125158

产品详情

Thermo Acclaim HPLC 色谱柱Acclaim 色谱柱采用高纯多孔硅胶颗粒和先进、创新的色谱柱键合技术。这能提供互补选择性、高柱效以及对称峰形。Acclaim 色谱柱满足现代 HPLC 和 LC/MS 方法设立的高标准，适用于制药、环境监测、食品饮料、化工以及消费类产品等应用。有一般反相、HILIC 相以及专用键合相可选。可靠性和耐用性质量和可靠性对确保成功分析至关重要。每个 Acclaim 色谱柱都经过大量测试，因此色谱工作者们在使用时可充满信心。制造过程始于超纯硅胶基质，我们仅挑选符合严格物理参数的批次。独特的设计使得键合过程清洁、可重复，不会出现意外的性能变化。每一键合硅胶批次都经过针对其预期用途的全套验证测试。键合硅胶采用高度可靠工艺装填于精密抛光的 316 不锈钢硬件中。每根装填的色谱柱都经过测试以确保每次使用都能获得出色性能。

针对硅胶批次验证和色谱柱性能的分析认证报告说明测试方案、列出了分析方法、色谱柱规格，并提供实际色谱图。

性能指标

Acclaim 色谱柱满足当今实验室所需的高质量标准。创新的表面化学键合相对多种分析物提供优异的峰形和柱效。为确保最优性能，所有 Acclaim 产品都使用多个性能指标进行充分表征，包括键合相表面覆盖率、金属杂质、空间选择性、柱极性、柱疏水性以及针对碱类的低硅醇基活性。专用柱还经过了针对其专用分析的应用测试，以确保每一批次的键合硅胶都能提供高性能分离。

部分3 m 分析色谱柱

键合相	2.1 × 100mm	2.1 × 150mm	4.6 × 50mm	4.6 × 100mm	4.6 × 150mm	保护柱 (2/PK)	
						2.1mm	4.6mm
C18 059128 × 50mm	059129	059130	059131	059132	059133	--	--
C8 059122	059123	059124	059125	059126	059127	--	--
300 C18 0 60263	--	060264	060265	--	060266	--	--
PA 063174	061316	061317	--	--	061318	--	--

PAII C18 077999	077998	063187	063189	078001	063191	--	--
AmG C18 --	--	088753	--	--	088757	088754	088758
Phenyl-1 07 8016	--	071971	--	--	071969	079934	071973
C30 078666	078665	075725	078661	078660	075723	--	--