

## 三洋培养箱售后维修电话 Sanyo培养箱故障解决

产品名称	三洋培养箱售后维修电话 Sanyo培养箱故障解决
公司名称	北京万达祥云技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	三洋:三洋
公司地址	北京市密云区溪翁庄镇环湖路66号镇政府1号楼110室-2480(溪翁庄镇集中办公区) (注册地址)
联系电话	010-62942350 18010383280

## 产品详情

[【总部】](#)北京三洋Sanyo培养箱售后维修电话：010-62942350

三洋Sanyo培养箱售后服务与故障解决中心。

三洋Sanyo培养箱维护和保养：

- 1、培养箱不宜在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用放置要平稳，以防震动发生噪音。
- 2、箱内照明异常时要及时更换照明灯具。

- 3、及时清洁培养箱外卫生，保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆清洁一次。以免产生菌种。
- 4、每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。
- 5、每年应对此设备进行一次性能验证。
- 6、仪器忽然不工作，请检查熔丝管是否烧坏，检查供电情况。
- 7、培养箱外壳应可靠接地。
- 8、培养箱的外壳清洗勿使用磨擦物或溶剂，可用湿布或者清洁剂来清洗。
- 9、培养箱使用后收存要保持干燥。仪器潮湿时，应先干燥再存放。
- 10、培养箱在搬运、维修、保养时，应避免碰撞，摇晃震动，大倾斜度小于45度。

三洋Sanyo培养箱在使用时的注意事项：

#### 1) 电源线

不可缠绕在金属物上，不可放置在高温或潮湿的地方，防止橡胶老化以致漏电。

- 2) 试验物放置在箱内不宜过挤，使空气流动畅通，保持箱内受热均匀。
- 3) 试品网板的平均负荷为15Kg/m<sup>2</sup>，放置试品切勿过密超载，以防影响热空气对流。
- 4) 当培养箱放入贵重菌种和培养物时，应勤观察，发生异常情况，立即切断电源，避免以外或不必要的损失。
- 5) 当使用温度较高时，应注意小心烫伤。
- 6) 培养箱为非防爆产品，凡有易挥发物品切勿放入箱内，以免发生爆炸事故。
- 7) 熔丝管装于箱内左侧空间内，调换时需要打开边门，并必须切断电源。
- 8) 在通电使用时，切忌用手接触及箱体电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。
- 9) 非必要时，不得打开温度控制仪以防损坏。
- 10) 使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符，并将电源插座接地极按规定进行有效接地。

## 三洋Sanyo培养箱简单故障处理小窍门:

1、打开电源，无任何反应：检查电源线

是否插好，配电箱是否有电源，检查保险丝

是否熔断，如果熔断先检查保险丝

是否发黑严重，如果严重的话，一般为对流风机烧毁，需要更换。

2、不加热：检查加热管是否烧坏，用万用表10欧姆挡量，约在50-200欧姆之间，风机是否运转，温控仪是否完好。

3、如仍无法解决应联系我厂售后，安排技术人员进行指导及维修。好的使用及保养习惯可以让培养箱发挥出其大的功效，延长它的使用寿命。