

# HME水分损失测量仪

产品名称	HME水分损失测量仪
公司名称	西安华强航天电子有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中国航天 型号:WL504 产地:陕西西安
公司地址	西安市长安区韦曲西街150号
联系电话	86-029-85399228 15991628757

## 产品详情

### 产品简介：

WL504 HME水分损失测量仪是一款根据《YYT 0735.1-2009 麻醉和呼吸设备湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分：用于最小潮气量为250mL的HME》和客户使用习惯及需求研发设计的一款全新的、高自动化的HME检测设备。该设备主要用于对模拟人体的热湿交换器的性能进行检测，主要检测在HME在使用过程中的水分损失值。水分损失仪主要由双向气流发生器、HG（湿气发生器）、升降托架、空气输送系统、电子称、校准HME等六部分组成，此外还包括电气控制部分以及一些附件。

### 功能特点：

1. 自动化程度高，整个测试过程除了在称量时为了避免管道及电缆对测试结果的影响，需要插拔之外，其他的过程均无人为干预，确保了测试结果无人为误差；
2. 设备的多功能性：配备双向气流发生器，提供正弦规律变化的驱动气源，且可针对婴儿、小儿、成人等不同人群的潮气量，可以提供四种潮气量与呼吸频率的选择，满足对不同检品检测的要求。
3. 控制系统高度智能化：可以进行温度、流量、潮气量的实时监测与控制，自动进行称量，读取称量数值，自动计算水分损失质量。
4. 产品的独一性：了市场现有产品众多操作功能要求，吸收优点、改进缺点，努力实现功能的全面性、运行的稳定性和操作的方便性，体现了高端、智能、可靠、稳定、贴近用户的设计宗旨。
5. 产品使用的程序化和操作的步骤性：从人机工程学的角度，更好地体现了人机交互性，使控制和操作做到了人性、高效、程序化的特点，贴近用户的使用习惯和检测的操作要求，操作过程与试验步骤相一致，顺序操作一次即完成一次检测，这样既避免了操作过程中的疏忽和遗漏，又提高了效率，更加严谨和可靠，也更贴近用户实际的使用习惯。

6. 低功耗与低噪音：低功耗是本产品的一大优点，tt双向气流发生器平放式的设计，使其运行起来更平稳、更安静。

技术参数：

名称	参数值
潮气量	000/750/500/250 ml
频率	0/12/15/20 Hz
呼吸比	:1
称量精度	± 0.1g
加热水浴控制温度	37 ± 0.5
绝热箱控制温度	37 ± 1
流量测量精度	± 5%
功率	44W

公司简介：

西安华强航天电子有限责任公司注册成立于1997年，公司隶属中国空间技术研究院西安分院管理，是集产品研发、生产与销售为一体的高科技企业。公司目前拥有1家全资下属子公司，西安航天恒星医疗设备有限公司，该公司目前是陕西省乃至西北地区唯一一家从事医疗大功率X线数字影像产品的研发、生产企业。

公司特种资质齐全，拥有高新技术企业证书、武器装备三级保密资格证书、GJB质量体系证书、GB质量体系证书、医疗器械经营许可证、福利企业证书、海关报关单位登记证、自理报检企业备案登记证明、医疗器械生产许可证、辐射安全许可证、国军标质量管理体系证书、产品注册检测证书等。公司凭借自身的发展优势，与中国食品药品检定研究院、解放军第四军医大学、陕西省医疗器械检测中心建立战略合作伙伴关系。2008年至今被解放军总后勤部卫生装备司令部确定为野战医疗方舱X线影像设备的定点配套厂家。

合作伙伴：

中国食品药品检定研究院

总后勤部卫生部药品仪器检验所

北京市医疗器械检验所

陕西省医疗器械检测中心

云南省医疗器械检验所

重庆市医疗器械检验所

河南医疗器械检验所

联系方式：

地址：西安市长安区韦曲西街150号

电话：15991628757