

手持式肉类水分测定仪

产品名称	手持式肉类水分测定仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

手持式肉类水分测定仪，深芬仪器生产的CSY-R1手持式肉类水分测定仪是检测注水肉水分含量是否符合正常范围的一种便携使用仪器；手持式肉类水分测定仪其结构特点是多针平滑滤波式电极和与之匹配的电路系统构成。CSY-R1手持式肉类水分测定仪测量注入肉水分时,无需把肉类品捣成糊泥状,把电极检测针直接插入保持原组织结构的整匹肉类品进行检测,以10次随机采样的算术平均值为测量结果示值，提高了仪器的准确性与重复性,方便、迅速、准确地检测出其中含水量。

联系人：刘先生 电话(微信)：13316887550

CSY-R1手持式肉类水分测定仪是市场管理者检查肉类含水量是否符合正常范围的一种得力工具。手持式肉类水分测定仪可作为市场工商管理部门的一种有效的检测工具，防止不法商贩损害消费者的健康和利益的行为。

手持式肉类水分测定仪技术参数：

测量对象：畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等)水份测量范围：65~85%采样时间：一次采样时间<2s采样次数：每10次采样输出一次测量结果测量误差：在70~78%范围内 1.0%重复性误差：在70~78%范围内 0.5%电源电压：9V(6F22层叠电池1个)功耗：45mW仪器外型：180*50*28mm使用环境温度：0~40 使用环境湿度：20~90%RH

目前公司生产产品：肉类水分测定仪、固含量检测仪、红外快速水分测定仪、卤素快速水分测定仪、微量水分测定仪、卡尔费休水分测定仪、在线水分测定仪、农药残留检测仪、重金属检测仪、ATP荧光检测仪、荧光/胶体金读卡仪、煎炸油品质检测仪、兽药残留检测仪、食品安全检测仪以及配套检测试剂、金标卡、速测盒。

OEM及ODM模块：水分检测模块、农药残留检测模块、食品安全检测模块、ATP荧光检测模块、食用油极性组分模块、重金属检测模块、胶体金检测模块、荧光检测模块等

手持式肉类水分测定仪附录 GB18394-2001 畜禽肉水分限量 《GB 18394-2001 畜禽肉水分限量》规定我国畜禽肉水分含量正常范围如附表1所示。附表1：畜禽肉水分限量

品种	猪肉	牛肉	羊肉	鸡肉
水分含量	77%	77%	78%	77%

水分含量直接影响畜禽鲜肉加工、储藏、贸易与食用。肉类水份含量过高，细菌、霉菌繁殖加剧，容易引起肉的腐败变质；而脱水干缩不仅使肉品失重，造成直接经济损失，而且影响肉的颜色、风味和组织状态，并引起脂肪氧化。近年来，随着城乡人们生活水平的提高，畜禽鲜肉的食用量越来越大，人们对鲜肉的质量要求越来越高。但不法商贩为谋取暴利，注水肉越来越多，注水肉成为严重威胁人们身体健康的一大公害，便携式肉类水分测定仪能快速准确查出注水肉。

核心科技：自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、技术保障运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、精美铝合金箱满足出口及国内运输要求。售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖！