

# HSY-269针入度测定仪

产品名称	HSY-269针入度测定仪
公司名称	上海颀高仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1273室
联系电话	021-59921627 18901731167

## 产品详情

### HSY-269针入度测定仪

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 4509-1998/2010《石油沥青针入度测定法》、GB/T269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》及中华人民共和国交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0604-2011《沥青针入度试验》中的技术要求和有关规定设计制造的，主要适用于沥青针入度的测试和润滑脂（或石油脂）锥入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料，以及乳酪、糖胶、牛油、麦其林、奶油、发酵体等食品原料检验，在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。一、主要技术特点

1、采用数字显示器显示针入度值，直观醒目。

2、针入时控装置共有6档，控时精度高。3、具有升降架粗调、细调功能，调节方便，对针准确。

4、配有捣脂器、恒温浴，水浴温度自动控制，一机多用，仪器的性价比高（选配）。

5、选择标准针、试样皿、温度计和砝码等不同的配置，可以适合国标GB/T 4509-1998、GB/T 4509-2010和公路JTG E20-2011中T0604-2011标准的测量（具体合同确认为准）。本仪器最大的特点是：先进的机械设计，升降调节方便；数字式的温控表，温度控制准确；高精度的针入度数字测试表，测量结果可靠。二、主要技术参数及指标

1、测量范围：（0～600）针入度；

2、针入时控装置：可分别选择5秒、8秒、10秒、12秒、30秒、60秒，时间误差小于±0.1秒；

3、分辨率 0.01mm；4、针入精度： $\pm 1$ 针入度；5、标准针：  
50mm、 $2.5g \pm 0.05g$ （基本配置，详见四、仪器配附件配置表）；6、加热器功率：200W；  
7、控温精度： $(25 \pm 0.1)$ （注：环境温度应不高于20℃）；8、控温方式：  
高精度数字温控仪；9、恒温浴：为硬质玻璃缸；10、搅拌：  
磁力搅拌珠自动搅拌；11、标准锥体： $(102.5 \pm 0.05)g$ ，符合国家标准GB/T 269的规格要求；  
12、升降支架：粗调、细调双重升降调节机构，便于针尖对准试样平面；13、工作电源：  
AC $(220 \pm 10\%)V$ ，50Hz，功耗不大于300W。14、外形尺寸：  
 $280mm \times 350mm \times 700mm$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。15、其它：  
配有冷光源和放大镜，方便使用和操作。