# 潍坊华光计算机公司仪器厂电磁学计量标准器具

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 潍坊华光计算机公司仪器厂电磁学计量标准器具 |
| 公司名称 | 潍坊华光高科电子有限公司 |
| 价格 | 18500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华光高科<br>产品型号:DO30-IIB<br>测量范围:0-20A |
| 公司地址 | 潍坊市奎文区潍州路1088号 |
| 联系电话 | 0536-8222888 13806491159 |

# 产品详情

品牌 华光高科 产品型号 do30-iib
测量范围 0-20a

do30-iib型数字多功能校准仪
适于检定、检验各种0.2级下交流电流、电压表，其中交、直流电压0～1000v；交直流电流0～20a；并设有十一档×2中值电阻。 本仪器采取数字振荡技术，输出电流以及电压更加精确稳定可靠；采取超载保护安全措施，在工作人员操作失误时能够自动停止输出保护设备不致损坏；输出调节采用面板和数字键盘两种方式，可定值步进输出，工作人员操作起来更加得心应手。所以除具有准确度高，稳定可靠，使用方便等特点外，操作更加安全方便。主要用于检定各种相应精度的万用表和电流表头、电压表头，适宜计量检测、仪表生产及维修、质量检验部门中使用。选购钳形表标准线圈可以校验交直流钳型表；选购计算机软件可实现与计算机的联机操作。 主要技术性能参数: 本仪器适合在周围气温0°C～40°C；相对湿度80%以下的环境中工作，使用交流220v±10%供电，电源频率50hz±5hz,最大消耗功率不大于150w. 输出范围及准确度见表
波型失真度不大于0.5% 纹波系数不大于0.1% 工作时间：连续
稳定性：＜满量程的0.02%5分钟 外型尺寸：159 × 400 × 420(mm)
重量：16kg

| 输出项目 | 输出范围 | 最大输出 | 准 确 度 |
|---|---|---|---|
| 交直流电压 | 0～200mv～1v | 20ma | dcv:±（读数的 0.03%+满量程的 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0～2v～5v～10v～20v～50v | 50ma | 0.02%）<br><br>acv:±（读数的0.05%+满量程的0.03%）<br><br>dci:±（读数的0.03%+满量程的0.02%）<br><br>aci:±（读数的0.05%+满量程的0.03%） |
| | 0～100v～200v | 40ma | |
| | 0～500v～1000v | dc:10ma<br>ac:20ma | |
| 交直流电流 | 0～100μa～500μa～2ma～5ma～10ma～50ma～100ma～200ma～500ma | dc:3v ac:10v | |
| | 0～1a～2a～5a～20a | ac/dc:2v | |
| 标准电阻 | 10、24、50、100、240、500(ω)、1、2.4、5、10、24(kω)另加×1k、×1倍率档位（10kω～24mω） | 0.25w | ±(0.2%+20mω) |