

# 济南吉蒂艾思1m3甲醛释放量气候箱厂家直销

产品名称	济南吉蒂艾思1m3甲醛释放量气候箱厂家直销
公司名称	济南吉蒂艾思仪器设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:吉蒂艾思 型号:GDS-P801 产地:济南
公司地址	山东省济南市历城区华山街道高墙王小区18号楼4单元402室
联系电话	18853150851

## 产品详情

室内装饰装修材料的甲醛的限量释放是世界各国普遍关注的环保热点问题，各类室内装饰装修材料(如：人造板、地毯、涂料、壁纸、窗帘等)的甲醛的释放量大小是衡量其产品质量的重要指标，关系到产品对环境的污染及人类健康的影响。济南普业公司联合环科院依据GB18580 - 2001、HJBZ 37-1999等标准共同开发出的新产品GDS-P801 “一立方米甲醛检测气候箱”，1m3甲醛释放量气候箱检测方法是国外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法，其特点是模拟室内气候环境、检测结果更贴近实际，因而真实、可靠。

### 产品优势及卖点

1. 普业甲醛检测气候箱内胆采用304镜面不锈钢，1.5个厚度，与市面上其他产品比较更为敦实，耐用，密封性强。
2. 产品电气部分均选用国际一线厂家，中枢部分为西门子PLC，电气控制部分为施耐德接触器、中间继电器。加热控制部分为欧姆龙固态继电器。内部供电部分为明纬开关电源。魏德米勒接线端子等。
3. 根据市场客户需求，为减少客户使用时上水手动搬运的烦恼，新增自动上水功能，触摸屏上轻松一按，设备缺水自动补水，

二、执行标准：GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(审批稿)GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》GB50325-2006《民用建筑工程室内环境污染控制规范》ENV717-1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》ASTM D6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》三、主要技术指标

序号

内容

技术指标

1

箱内容积

( $1 \pm 0.02$ ) m<sup>3</sup>

2

舱内温度范围

(10~40) (温度偏差  $\pm 0.5$  )

3

舱内湿度范围

(30~80)%R.H. (精度： $\pm 3\%$ R.H.)

4

空气置换率

(0.5-1.5)次/小时(精度0.05次/h)

5

空气流速

(0.1-0.3)m/s (可连续调节)

6

密封性

1KPa相对压强下,泄漏率<气流量的3%

7

外型尺寸

1345\*1300\*1800mm

8

箱内本底

甲醛 0.003mg/m

9

电源

220V AC 16A 50HZ

10

功率

额定功率：3KW，运行功率：1.5KW