

农药残留检测仪用光谱中性滤光片

产品名称	农药残留检测仪用光谱中性滤光片
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

农药残留检测仪用光谱中性滤光片符合JJF1729-2018《农药残留检测仪校准规范》中透射比示值误差和重复性校准用的计量标准器的技术要求。外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)透射比标称值：10%、20%、30%，定值波长为412.0nm，透射比相对不确定度：0.5%

公司其他产品：

- 1、机动车用标准中性滤光片
- 2、微生物测定仪（比浊法）标准装置
- 3、抑菌圈测定仪校准标准板（二剂量及三剂量2片）
- 4、抑菌圈测定仪校准标准板（线性及边缘效应2片）
- 5、酶标仪检定校准用灵敏度标准滤光片
- 6、酶标仪标准滤光片（波长）、
- 7、酶标仪标准滤光片（吸光度）
- 8、农药残留检测仪用光谱中性滤光片
- 9、介质膜干涉滤光片
- 10、镨钕滤光片
- 11、镨钕滤光片

- 12、氧化钨滤光片
- 13、可见光区透射比滤光片
- 14、杂散光滤光片
- 15、紫外、可见光区透射比滤光片
- 16、低压汞灯波长标准器
- 17、阿贝折射仪标准块
- 18、机械斩波低透过率模拟器
- 19、光谱中性衰减低透过率模拟器