

4度/2-8度/0度/零下20度/零下30度实验室冰箱

产品名称	4度/2-8度/0度/零下20度/零下30度实验室冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

4度/2-8度/0度/零下20度/零下30度实验室冰箱品牌介绍：

福意联公司（fuyilian）-我们除了拥有现代化的经营车间外，还有一批经验丰富，的人员和一整套完善的管理体系，为我们的广大客户提供优良的产品和售后服务！“用心做事，用心服务”是我们的观，我们希望做更好的产品，做更好的服务，期待与您合作，携手开拓恒温、冷藏医疗新域。

4度/2-8度/0度/零下20度/零下30度实验室冰箱产品参数：

型号

温度范围(度)

容积（L）

设备类型

FYL-YS-66L

2-8度

62L

430480640mm

FYL-YS-88L

88L

480490840mm

FYL-YS-50L

4-38度

50L

430480510mm

FYL-YS-100L

4-38度

100L

480490840mm

FYL-YS-138L

138L

540550840mm

FYL-YS-150L

2-48度

150L

595570865mm

FYL-YS-230L

2-48度

230L

5955901215mm

FYL-YS-280L

280L

5955701445mm

FYL-YS-310L

310L

5956951315mm

FYL-YS-430L

430L

5956801805mm

FYL-YS-828L

2-20度

828L

12656801830 mm

FYL-YS-1028L

2-20度

1028L

12656802150 mm

FYL-YS-50LL

-12度-----10度

430480510mm

FYL-YS-100LL

-12度-10度

480x490x840mm

FYL-YS-100E

FYL-YS-128

-29- -5度

550 × 560 × 850mm

FYL-YS-128L

-30到10度

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 是较大的恒温设备经营品牌之一，公司成立于1999年，并且同年公司就通过了ISO9001质量体系，公司从事设计及经营实验室系列产品及相关配套设备

，并提供实验室建设全套解决方案的高企业。

福意联是一家集研发、经营、销售为一体的现代化高新企业，从事医用恒温箱（hengwenxiang）（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、药品冰箱（柜）、药品小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等研发和制造。经营基地位于都北京，拥有多台精密经营及标定设备。拥有多名工程人员。我们是仪器仪表商。我们致力服务于暖通空调、洁净环境、电子制造、制药、食品、实验室环境、生化工程等。

4度/2-8度/0度/零下20度/零下30度实验室冰箱产品特点：

1. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。2. 高优良性：控温精度高达 ± 1 度。3. 无噪音设计：采用优良环保压缩机制冷。4. 绿色环保：环保工质，无污染。5. 人本设计：操作方便，美观大方。6. 自动感应灯设计，网架7. LED温度显示8. 透明保温玻璃门9. 触摸按键设计，操作方便简单10. 箱内照明系统使箱体内部一目了然

福意联是一家注于医疗、实验室、家庭保健、气象、气体、水质、土壤、植物和海洋类仪器，并提供相关系统集成服务的高公司。公司成立今，始终秉承“以德敬人，以诚立人”的，客户遍及优良各省市、自治区、直辖市。同时，凭借着出色的产品性能和尽善尽美的售后服务，4度/2-8度/0度/零下20度/零下30度实验室冰箱售后服务：

参数：型号：FYL-YS-150L，FYL-YS-280L，FYL-YS-430L，FYL-YS-230，FYL-YS-310L 温控范围：2-48度
功能简介：高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小，箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和
高优良性：2-48度区间内可自由设定温度，且控温精度高达 ± 1 度
无噪音设计：采用优良环保压缩机制冷，噪声低于39dB（A）
特殊功能：压缩机具有断电自我保护功能，三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用
绿色环保：环保工质，无污染，操作方便，美观大方，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗

电恒温箱应放在干燥通风的地方，离墙少20厘米，防止阳光直射，不能靠近热源；电恒温箱要采用有接地或接零保护的三相电源插头；不可用水冲洗电恒温箱；千万不可将酒精、轻质及其他挥发性易燃物品存放在恒温箱内，以免电火花引起事故；为了防止恒温箱制冷剂泄漏引起中，一旦发现恒温箱制冷不正常，或直接观察到冷凝管有液油状物泄出时，就要及时进行补漏修理。