

GCV-3型色谱仪检定仪

产品名称	GCV-3型色谱仪检定仪
公司名称	深圳市世纪经典检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区销售热线:15914142916
联系电话	86-15914142916 15914142916

产品详情

主要技术指标：

1、 色谱仪检定模式：

测量范围：-50 ~ +300，测量误差：±0.2，分辨率：0.1

温度测量模式：

2、 测量范围：-50 ~ +300，测量误差：±0.2，分辨率：0.01

主要用途：

GCV-3型色谱检定仪是依据《JJG700-2016气象色谱仪检定规程》，用于色谱仪柱箱温度稳定性和程序升温重复性的检定/校准，同时该仪器还可作为通用温度测量仪使用。